



KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO FINANSÓW

02-642 Warszawa
ul. Domaniewska 36/38

Dyrektor 60-131-23
Z-ca Dyrektora 60-131-75

fax. 601-26-94
845-10-76

Warszawa 2007-.....-.....

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 70.000 szt. wielopanelowych urządzeń jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania w ślinie osób kierujących pojazdami środków działających podobnie do alkoholu, umożliwiających jednoczesne wykrywanie następujących grup związków :opiaty, amfetamina i jej analogi (w tym MDMA), kokaina, tetrahydrokannabinole, benzodiazepin - numer sprawy 231/Cmt/06/JC/SPOT/2.3.2/85/04

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuję odpowiedź na nadesłane pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W związku z zamiarem udziału przez naszą firmę w przetargu, niniejszym prosimy o informację:

- 1) jaką czułość (w ng/ml) powinny zapewnić dostarczone testery?
- 2) czy pominięcie w specyfikacji barbituranów a umieszczenie benzodiazepin jest przeoczeniem? Benzodiazepiny są mniej toksyczne, zmniejszają jedynie aktywność, powodują senność i bełkotliwą mowę, podczas gdy barbiturany – przyćmienie świadomości, pogorszenie zdolności dokonywania oceny, utratę koordynacji ruchów i silną senność. Barbiturany oddziałują zatem znacznie silniej i są o wiele bardziej niebezpieczne. Szkielety struktur obu substancji są różne, a zatem tester wymaga dla nich zupełnie innych substancji reaktywnych.

Odpowiedzi na pytania:

- 1) Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uwzględniają zapisy **Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r. (Dz.U. z2003 r. Nr 116 poz. 1104; Dz. U z 2004 r. Nr 52 poz. 524) w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie.** Powyższe rozporządzenie nie określa czułości urządzeń, jedynie w § 4 ust. 5 wskazuje, iż urządzenia i materiały używane do badania śliny powinny posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr Jana Sehna w Krakowie.
- 2) Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienił środki działające podobnie do alkoholu, które zostały określone w **Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r. (Dz.U. z2003 r. Nr 116 poz. 1104; Dz. U z 2004 r. Nr 52 poz. 524) w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie.**

Z poważaniem