



12-6290/07

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI  
02 – 642 Warszawa  
ul. Puławska 148/150

REGON: 012137497  
NIP: 521 – 31 – 72 - 762

„ZATWIERDZAM”  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
BIURA FINANSÓW  
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

2 up.

*Zbigniew NYCZ*  
insp. Zbigniew NYCZ  
Komendant Główny  
Policji

Sprawa nr: 194/Cmt/07/EJ

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 137.000,00 EURO ogłoszonego przez Komendanta Głównego Policji na realizację zamówienia pn.: „Dostawę materiałów i odczynników techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA” – (CPV główny przedmiot: 36700000-8, CPV dodatkowe przedmioty: 24496600-3)

Warszawa, dnia ..... 01 października ..... 2007 r.

Nr sprawy 194/Cmt/07/EJ

Komendant Główny Policji, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów i odczynników techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA” zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

## **I. INFORMACJE OGÓLNE**

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy pzp nie stanowią inaczej.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust 2 ustawy pzp).

## **II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:**

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI  
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150  
Regon: 012137497

Adres do korespondencji:

WYDZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH  
BIURO FINANSÓW KGP,  
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38  
tel.0-22-60120-44,  
fax 0-22-6011857,  
strona internetowa: [www.policja.pl](http://www.policja.pl)

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: [www.policja.pl](http://www.policja.pl)

## **III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ÷ 91c ustawy pzp.

#### IV. Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: **materiałów i odczynników techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA**. Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w „OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
2. Wymagania gwarancyjne oraz zasady odbioru zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem:  
CPV główny przedmiot 36700000-8 – zadanie nr I, zadanie nr II, zadanie nr III, zadanie nr IV, zadanie nr V,  
CPV dodatkowe przedmioty 24496600-3 – zadanie nr VI.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każde z 6 zadań określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.
5. Zgodnie z art. 29 ustawy pzp ilekroć w niniejszym opisie warunków zamówienia i załącznikach przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp. intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych w tym zakresie, ale jedynie takich, które zagwarantują nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne.
6. Oferowane materiały i odczynniki, z uwagi na specjalistyczne ich przeznaczenie, muszą być oryginalnymi, katalogowymi produktami fabrycznymi, fabrycznie pakowanymi i spełniającymi wszystkie wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 1 do SIWZ, w tym wszystkie określone liczbowo parametry. Parametry liczbowe muszą być wyrażone w jednostkach porównywalnych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów i odczynników w opakowaniach o mniejszej zawartości danego towaru w opakowaniu, ale tylko wówczas, gdy bez naruszenia oryginalnych opakowań fabrycznych, łączna ilość towarów (wyrażona wagowo, objętościowo lub w liczbie sztuk) będzie tożsama z wymaganą przez Zamawiającego oraz będzie zgodna z rozdzielnikiem dostaw do odbiorców końcowych określonych w załączniku nr 2.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowych.
8. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy – w takim wypadku, Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w ofercie informacje dot. części zamówienia, których realizację powierzy podwykonawcom. Brak powyższego oświadczenia będzie oznaczał, że wykonawca zamówienie wykona samodzielnie, bez udziału podwykonawców.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
10. Ilekroć w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, mowa jest o towarze, materiałach lub odczynnikach bez bliższego

oznaczenia należy przez to rozumieć przedmiot zamówienia wyszczególniony w załączniku nr 1,

## **V . Termin wykonania zamówienia.**

**Termin wykonania zamówienia - do dnia 14.12.2007 r.** Za datę wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy i zamawiającego protokołu odbioru jakościowo-ilościowego.

Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz zamówienia scentralizowanego, Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia terminów dostaw poszczególnych partii towarów z bezpośrednimi odbiorcami tych towarów.

## **VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy pzp.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  - 2.1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą zgodnie z art. 44 ustawy pzp oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w rozdziale VII SIWZ.
  - 2.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki.
  - 2.3. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ustawy pzp.

## **VII. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy**

Zgodnie przepisami ustawy pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (Dz. U. Nr 87, poz. 605), w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych w pkt. VI SIWZ) **Wykonawca musi złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:**

1. **oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy pzp** (o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ - w przypadku wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub o treści zgodnej ze wzorami określonymi w załącznikach nr 5a i 5b – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
2. **aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o**

**wpisie do ewidencji działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony(y)e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

**Ponadto Wykonawca musi złożyć:**

3. wypełniony i podpisany formularz ofertowy (o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SIWZ).

4. Opisu oferowanego towaru w formie tabelarycznej, z podaniem jego pozycji ewidencyjnej w SIWZ i pozycji w formularzu ofertowym, jego nazwy, producenta, numeru katalogowego oraz dokładnej charakterystyki towaru, odnosząc się do każdego zapisu wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku 1 do SIWZ. Parametry liczbowe materiałów równoważnych muszą być przedstawione w jednostkach porównywalnych.

5. Katalogi (lub ulotki informacyjne, ewentualnie oświadczenie) producenta lub oficjalnego dystrybutora zawierające wszystkie niezbędne informacje, potwierdzające zgodność oferowanego towaru z opisem Zamawiającego zawartym w załączniku nr 1 .

**UWAGA:**

**Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**

1) zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - **wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,**

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania przy zachowaniu terminów wystawienia wymaganych dla poszczególnych rodzajów dokumentów, o których mowa w pkt 1) niniejszej tabeli.

**Wymagana forma składanych dokumentów:**

– dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

– wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m. in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

– w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osob(ę) nie wymienion(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

– poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

– dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na

język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka obcego w zakresie nazw własnych towaru, nazw producentów, danych adresowych, nazw i urzędów patentowych oraz nazw instytucji mających siedzibę poza granicami RP. Ponadto katalogi, ulotki informacyjne, oświadczenia producentów mogą zostać przedstawione w polskiej lub angielskiej wersji językowej.

W przypadku nie spełnienia warunków określonych w rozdziale VI Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp. O wykluczeniu z postępowania Wykonawca zostanie powiadomiony zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy pzp, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp.

### **VIII Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami oraz informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń oraz dokumentów:**

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

#### **w sprawach procedury przetargowej:**

- Edyta Jakubczuk – Wydział Zamówień Publicznych BF KGP, tel.(022) 6011731;

#### **w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:**

- Grażyna Rycerska – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP, tel.(022) 6012629

2. **Zamawiający urzęduje w dniach pracujących tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15.**

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują **pisemnie**. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane na adres do korespondencji, określony w rozdziale II niniejszej SIWZ.

**UWAGA!** Dopuszcza się możliwość przesyłania korespondencji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za pomocą **faksu** pod numer: **(022 6011857) pod warunkiem niezwłocznego przesłania oryginału podpisanego pisma pocztą** (nadanego wcześniej faksem) celem zachowania pisemności postępowania.

4. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania (tj. która wpłynie do Zamawiającego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.

5. Zamawiający wymaga, aby korespondencja związana z przedmiotowym postępowaniem była kierowana wyłącznie na adres do korespondencji określony w rozdziale II niniejszej SIWZ.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ.

8. Treść pytań zgłoszonych przez Wykonawców oraz odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego, a także modyfikacji wprowadzonych przez Zamawiającego do SIWZ będzie udostępniona na stronie internetowej. Ponadto Wykonawcy zarejestrowani przez Zamawiającego jako uczestnicy postępowania (tj. Wykonawcy, którzy wystąpili do Zamawiającego o udostępnienie treści SIWZ) otrzymają powyższe informacje również faksem oraz drogą pisemną.

#### **IX. Wymagania dotyczące wadium:**

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### **X. Termin związania ofertą:**

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W przypadkach omówionych w art. 181 ustawy pzp, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

#### **XI. Opis sposobu przygotowania oferty:**

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oryginału oferty.

2. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

3. Oferta składa się z dokumentów wymaganych treścią niniejszej SIWZ.

4. Formularz ofertowy musi być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy pzp) w trwałej i czytelnej technice (np. przy użyciu maszyny do pisania, komputera lub w inny sposób) oraz musi być podpisana przez osobę(y) **upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich.**

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu innego Wykonawcy (ów).

7. Zgodnie z art. 23 ustawy pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania:

- a) wraz z ofertą wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą dokument (np. pełnomocnictwo) określający co najmniej: strony występujące wspólnie oraz wskazujący pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy), Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- c) oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- d) w odniesieniu do wymogu określonego w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy pzp każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1-9 oraz ust. 2 pkt 1-3 ustawy pzp) poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu wymogów art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy pzp oraz dokumentu wymienionego w rozdz. VII ust. 2 SIWZ.
- e) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy pzp Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia, które zostaną potwierdzone poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu wymogów art. 22 ust.1 pkt 1, 2, 3 ustawy pzp.
- f) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
- g) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika.

8. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisaniem w rozdziale VII niniejszej SIWZ – Wymagana forma składanych dokumentów).

9. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

10. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być czytelnie podpisane przez osob(ę) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 ustawy pzp. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy pzp.

14. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi zostać dokonane nie później niż w terminie składania ofert (np. w formularzu ofertowym).



## **XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

### **Miejsce i termin składania ofert:**

1. **Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami,** należy umieścić w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2. Koperta powinna być zaadresowana (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisana według poniższego wzoru:

<b>Komenda Główna Policji</b> <b>Przetarg nr 194/Cmt/07/EJ</b> <b>Nie otwierać przed godz. 10:00 dnia 10.10.2007r</b>
---

**UWAGA - przesyłka zawierająca ofertę, przekazywana za pośrednictwem poczty kurierskiej musi być oznakowana (opisana) zewnątrz w sposób określony w ust 2 niniejszego rozdziału.**

3. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
4. Ofertę należy złożyć do **dnia 10.10.2007 r. do godz. 9.30** w Biurze Finansów KGP, 02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531 A, tel. 0-22-6013204, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku).
5. Wykonawca (na żądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
7. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

### **Miejsce i tryb otwarcia ofert:**

1. Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, **w dniu 10.10.2007 r. o godz. 10.00**
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający po otwarciu ofert, w obecności Wykonawców, przekaze uczestnikom postępowania przetargowego informacje dotyczące:
  - nazw firm oraz adresów wykonawców,
  - cen ofert,
  - terminów wykonania zamówienia,
  - warunków gwarancji (okresu gwarancji),
  - warunków płatności.
4. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na Jego pisemny wniosek.

### **Modyfikacja i wycofanie oferty:**

1. Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
2. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty.
3. Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia) w kopercie opatrzonej napisem „WYCOFANIE” - według takich samych zasad jakie obowiązują przy wprowadzaniu zmian do oferty.

### **UWAGA:**

**Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy.**

### **XIII Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej oraz informacja o walucie w jakiej będą prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą:**

1. **Przez cenę ofertową należy rozumieć** cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).
2. Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, a związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, m.in. koszty ubezpieczenia zamówienia, koszty opakowania, koszty transportu do magazynu odbiorców (KSP, KGP oraz jednostki terenowe Policji wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej siwz), opłaty celne itp.,
3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

### **UWAGA:**

**Cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.**

#### **XIV. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert:**

Na podstawie poniższego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert tych Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni, a ich oferta nie została odrzucona, dla każdego zadania przedmiotu zamówienia oddzielnie.

Lp.	Nazwa kryterium	Ranga w %	Sposób oceny
1.	Cena (P1)	100	Minimalizacja

Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów za wymienione kryterium zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego w danym zadaniu przedmiotu zamówienia.

Kryterium „Cena P<sub>1</sub>” zostanie obliczone wg wzoru na minimalizację:

$$P_1 = (\text{cena ofertowa minimalna} / \text{cena ofertowa badana}) \times \text{ranga kryterium}$$

Zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nie spełniającego minimalnych warunków określonych w „Opisie Przedmiotu Zamówienia”, spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. Informacja o odrzuceniu oferty zostanie przesłana do Wykonawcy zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

#### **Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:**

- a) w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego;
- b) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Wykonawcy powiadomieni przez zamawiającego o poprawieniu oczywistych omyłek w ich ofertach, mają obowiązek wyrazić zgodę na ich poprawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego powiadomienia o dokonaniu ww. czynności. Nie wyrażenie zgody w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty;
- c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale kryterium wyboru;
- d) umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne (zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy pzp). Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ, stanowiącym istotne warunki umowy;
- e) na każde zadanie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte oddzielne umowy.

## **XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:**

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas przed podpisaniem umowy Wykonawca ten przedłoży dokument wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy pzp) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto, przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy (poprzez niedopełnienie formalności, jakie muszą być dokonane w celu zawarcia umowy), Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba, że zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.

## **XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego:**

Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę zgodnie z dołączonymi do SIWZ istotnymi warunkami umowy (załącznik nr 6). Do przedstawionych istotnych warunków umowy zostaną wprowadzone zobowiązania Wykonawcy wyłonionego w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty.

## **XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:**

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów

ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy.

2. Protest musi być wniesiony na piśmie i powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu.

**UWAGA:**

**W przypadku wniesienia protestu na zapisy SIWZ, do składanego protestu należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej protest do występowania w imieniu Wykonawcy (np. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej).**

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE I

CPV 36700000-8

<i>Pozycja ewid.</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Charakterystyka przedmiotu zamówienia</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość</i>
1	Mikrokapilarne, płaskie końcówki do pipet, 0,2 mm	<u>Mikrokapilarne, płaskie końcówki do pipet:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>– do zastosowania w procesie elektroforezy w aparacie ABI Prism 377, do precyzyjnego aplikowania próbek do kieszonek żelu o grubości 0,2 mm,</li><li>– o pojemności 10 µl,</li><li>– ze spłaszczonym zakończeniem do grubości poniżej 0,2 mm,</li><li>– kompatybilne do posiadanych pipet typu Eppendorf Research o objętościach nastawnych 0,1µl-2,5µl i 0,5µl-10µl,</li><li>– konfekcjonowane fabrycznie, w statywach po 200 szt. (statyw = opakowanie)</li></ul>	op.	135

## ZADANIE II

**CPV 36700000-8**

<i>Pozycja ewid.</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Charakterystyka przedmiotu zamówienia</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość</i>
2	Grzebień papierowy do elektroforezy w aparacie ABI PRISM 377	<u>Grzebień ABI 48 lane Paper comb 0.2 mm lub równoważne:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>– spełniające wymagania elektroforezy w posiadanych aparatach ABI PRISM 377,</li><li>– wykonane z gładkiego papieru o grubości 0.2 mm, łatwo pęczniejącego w środowisku buforowym,</li><li>– typu „zęby rekina”,</li><li>– na 48 ścieżek elektroforetycznych,</li><li>– z opisanymi numerycznie (od 1 do 48) miejscami nakładania próbek,</li><li>– konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniu 50 sztuk</li></ul>	op.	<b>12</b>

### **ZADANIE III**

CPV 36700000-8

<i>Pozycja ewid.</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Charakterystyka przedmiotu zamówienia</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość</i>
3	Mikro płytki 96-dołkowe do fluorymetrycznego pomiaru DNA	<u>Mikro płytki 96-dołkowe:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>– uniwersalne, w formacie 8x12 dołków, płaskodenne, czarne, spełniające wymagania fluorymetrycznego pomiaru DNA,</li><li>– kompatybilne rozmiarowo do komory pomiarowej posiadanych aparatów Fluoroscanner Ascent FL,</li><li>– konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniu 250 sztuk</li></ul>	op.	6
4	Nalepki PVC na 96-dołkowe mikro płytki do fluorymetrycznego pomiaru DNA	<u>Nalepki na mikro płytki:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>– samoprzylepne, wykonane z folii PVC,</li><li>– kompatybilne rozmiarowo do wyszczególnionych powyżej mikro płytek do fluorymetrycznego pomiaru DNA,</li><li>– przeznaczone do szczelnego zamknięcia próbek w dołkach,</li><li>– konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniu 100 sztuk.</li></ul>	op.	10

### **ZADANIE IV**

CPV 36700000-8

<i>Pozycja ewid.</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Charakterystyka przedmiotu zamówienia</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość</i>
5	Probówki z zakrętkami, PP, poj. 25 ml, sterylne	<u>Probówki jednorazowego użycia, zamykane zakrętkami:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>– o pojemności 25 ml i wysokości maximum 90 mm,</li><li>– wykonane z polipropylenu (PP),</li><li>– z dwukształtnym dnem – wewnątrz stożkowym, na zewnątrz uformowanym w sposób umożliwiający postawienie probówki w pozycji pionowej na blacie laboratoryjnym,</li><li>– sterylne,</li><li>– konfekcjonowane fabrycznie, po 500 sztuk w opakowaniu.</li></ul>	szt.	500
6	Probówki z zakrętkami, PP, poj. 50ml, sterylne	<u>Probówki jednorazowego użycia, zamykane zakrętkami:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>– o pojemności 50 ml i wysokości maximum 115 mm,</li><li>– wykonane z polipropylenu (PP),</li></ul>	szt.	2 000



		<ul style="list-style-type: none"> <li>– z dwukszałtnym dnem – wewnątrz stożkowym, na zewnątrz uformowanym w sposób umożliwiający postawienie próbki w pozycji pionowej na blacie laboratoryjnym,</li> <li>– sterylne,</li> <li>– konfekcjonowane fabrycznie, po 25 sztuk w opakowaniu.</li> </ul>		
--	--	--	--	--

## ZADANIE V

CPV 36700000-8

<i>Pozycja ewid.</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Charakterystyka przedmiotu zamówienia</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość</i>
<b>7</b>	Końcówki do pipet 0,1 µl -10µl roz. S	<u>Końcówki do pipet:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego,</li> <li>– wyposażone w filtry wewnętrzne,</li> <li>– o pojemności 0,1 µl -10µl,</li> <li>– o długości 34 mm (±2 mm),</li> <li>– kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research o objętościach nastawnych 0,1 µl -2,5 µl i 0,5 µl -10µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika,</li> <li>– kompatybilne do posiadanych 12-kanałowych pipet Eppendorf Research o objętości nastawnej 0,5 µl -10µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika,</li> <li>– sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie,</li> <li>– czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania,</li> <li>– konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych, w każdym opakowaniu 10 statywów po 96 końcówek.</li> </ul>	op.	<b>426</b>
<b>8</b>	Końcówki do pipet 0,1µl-10µl roz. M	<u>Końcówki do pipet:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego,</li> <li>– wyposażone w filtry wewnętrzne,</li> <li>– o pojemności 0,1 µl -10µl,</li> <li>– o długości 40 mm (±2 mm),</li> <li>– kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research o objętościach nastawnych 0,1 µl -2,5 µl i 0,5 µl -10µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika,</li> <li>– kompatybilne do posiadanych 12-kanałowych pipet Eppendorf Research o objętości nastawnej 0,5 µl -10µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika,</li> <li>– sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie,</li> </ul>	op.	<b>218</b>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania,</li> <li>– konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych, w każdym opakowaniu 10 statywów po 96 końcówek.</li> </ul>		
<b>9</b>	Końcówki do pipet 0,5µl-10µl rozm. L	<p><u>Końcówki do pipet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego,</li> <li>– wyposażone w filtry wewnętrzne,</li> <li>– o pojemności 0,5µl-10µl,</li> <li>– o długości 46 mm (±2 mm),</li> <li>– kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research o objętości nastawnej 0,5 µl - 10 µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika,</li> <li>– kompatybilne do 12-kanałowych pipet Eppendorf Research o objętości nastawnej 0,5 µl -10µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika,</li> <li>– sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie,</li> <li>– czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania),</li> </ul> <p>konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych, w każdym opakowaniu 10 statywów po 96 końcówek.</p>	op.	<b>13</b>
<b>10</b>	Końcówki do pipet 2µl-100µl	<p><u>Końcówki do pipet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego,</li> <li>– wyposażone w filtry wewnętrzne,</li> <li>– o pojemności 2µl-100µl,</li> <li>– kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research o objętościach nastawnych 2 µl -20 µl, 10 µl -100 µl i 20 µl -200 µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika,</li> <li>– kompatybilne do posiadanych 12-kanałowych pipet Eppendorf Research o objętości nastawnej 10 µl -100 µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika,</li> <li>– sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie,</li> <li>– czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania,</li> <li>– konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych, w każdym opakowaniu 10 statywów po 96 końcówek.</li> </ul>	op.	<b>307</b>
<b>11</b>	Końcówki do pipet 20µl-300µl	<p><u>Końcówki do pipet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego,</li> <li>– wyposażone w filtry wewnętrzne,</li> </ul>	op.	<b>94</b>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– o pojemności 20µl-300µl,</li> <li>– kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research o objętościach nastawnych 10 µl -100 µl i 20 µl -200 µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika,</li> <li>– kompatybilne do posiadanych 12-kanałowych pipet Eppendorf Research o objętości nastawnej 30 µl -300 µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika,</li> <li>– sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie,</li> <li>– czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania,</li> <li>– konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych, w każdym opakowaniu 10 statywów po 96 końcówek</li> </ul>		
<b>12</b>	Końcówki do pipet 50µl-1000µl	<p><u>Końcówki do pipet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego,</li> <li>– wyposażone w filtry wewnętrzne,</li> <li>– o pojemności 50µl-1000µl,</li> <li>– kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research o objętości nastawnej 100 µl - 1000 µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika,</li> <li>– sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie,</li> <li>– czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania),</li> <li>– konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych, w każdym opakowaniu 10 statywów po 96 końcówek.</li> </ul>	op.	<b>185</b>
<b>13</b>	Końcówki do pipet, 100µl-5000µl	<p><u>Końcówki do pipet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego,</li> <li>– wyposażone w filtry wewnętrzne,</li> <li>– o pojemności 100µl-5000µl,</li> <li>– kompatybilne do jednokanałowej pipety Eppendorf Research o objętości nastawnej 500µl-5000µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika,</li> <li>– sterylne, zamknięte w statywach, po 24 sztuki w każdym statywie,</li> <li>– czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania,</li> <li>– konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych, w każdym opakowaniu 5 statywów po 24 końcówki.</li> </ul>	op.	<b>24</b>
<b>14</b>	Probówki „SAFE LOCK”, 2,0 ml	<p><u>Probówki o poj. 2,0 ml:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– stożkowe, jednorazowego użycia, wykonane z polipropylenu przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie</li> </ul>	op.	<b>11</b>

		<p>odpornego,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami, wyposażonymi w zatrzaski typu „safe-lock” (zabezpieczającymi przed otwarciem się probówek podczas wysoko temperaturowych inkubacji),</li> <li>– czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania,</li> <li>– konfekcjonowane fabrycznie, po 1000 sztuk w opakowaniu.</li> </ul>		
<b>15</b>	Probówki 1,5 ml	<p><u>Probówki o poj. 1,5 ml:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– stożkowe, jednorazowego użycia, wykonane z polipropylenu przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie odpornego,</li> <li>– zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami,</li> <li>– ze zmatowionymi powierzchniami przeznaczonymi do opisów,</li> <li>– z zaznaczonymi objętościowymi podziałkami,</li> <li>– czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania,</li> <li>– konfekcjonowane fabrycznie, po 1000 sztuk w opakowaniu.</li> </ul>	op.	<b>123</b>
<b>16</b>	Probówki „SAFE-LOCK”, poj. 1,5 ml	<p><u>Probówki o poj. 1,5 ml:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– stożkowe, jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie odpornego,</li> <li>– zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami, wyposażonymi w zatrzaski typu „safe-lock” (zabezpieczającymi przed otwarciem się probówek podczas wysoko temperaturowych inkubacji),</li> <li>– czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania,</li> <li>– konfekcjonowane fabrycznie, po 1000 sztuk w opakowaniu.</li> </ul>	op.	<b>27</b>
<b>17</b>	Probówki „SAFE LOCK”, 0,5 ml	<p><u>Probówki o poj. 0,5 ml:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– stożkowe, cienkościenne, jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie odpornego,</li> <li>– zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami, wyposażonymi w zatrzaski typu „safe-lock” (zabezpieczającymi przed otwarciem się probówek podczas wysoko temperaturowych inkubacji),</li> <li>– czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania,</li> <li>– konfekcjonowane fabrycznie, po 500 sztuk w opakowaniu.</li> </ul>	op.	<b>17</b>

18	Pipeta automatyczna 0,1-2,5 µl	<u>Pipeta automatyczna jednokanałowa, nastawna:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wykonana z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek,</li> <li>– o objętości zmiennej, nastawnej w sposób płynny w zakresie od 0,1 µl do 2,5 µl,</li> <li>– z dwoma przyciskami funkcyjnymi (oddzielnym do zrzucania końcówek),</li> <li>– z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objętości,</li> <li>– z możliwością autoklawowania dolnej jej części (trzonu i zrzutnika końcówek),</li> <li>– z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości,</li> <li>– sprawdzona i wykalibrowana fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji oraz z dostępnym w Polsce autoryzowanym przez producenta punktem serwisowym, wykonującym usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji oferowanych pipet,</li> <li>– z pełną kompatybilnością funkcjonalną i stanowiskową do zestawów pipet serii Eppendorf Research, sześciostanowiskowych statywów karuzelowych i końcówek z filtrami 0,1-10 µl o rozm. S i 0,1-10 µl o rozm. M firmy Eppendorf, stanowiąca dla zamawiającego uzupełnienie posiadanego wyposażenia laboratoryjnego, służącego do odmierzania objętości,</li> <li>– konfekcjonowana fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu kartonowym, wraz z instrukcją obsługi, wymiennymi częściami eksploatacyjnymi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety.</li> </ul>	szt.	2
19	Pipeta automatyczna 0,5-10 µl	<u>Pipeta automatyczna jednokanałowa, nastawna:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wykonana z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek,</li> <li>– o objętości zmiennej, nastawnej w sposób płynny w zakresie od 0,5 µl do 10 µl,</li> <li>– z dwoma przyciskami funkcyjnymi (oddzielnym do zrzucania końcówek),</li> <li>– z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objętości,</li> <li>– z możliwością autoklawowania dolnej jej części (trzonu i zrzutnika końcówek),</li> <li>– z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości,</li> <li>– sprawdzona i wykalibrowana fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji oraz z dostępnym w Polsce autoryzowanym przez producenta punktem serwisowym, wykonującym usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji oferowanych pipet,</li> <li>– z pełną kompatybilnością funkcjonalną i stanowiskową do zestawów pipet serii Eppendorf Research, sześciostanowiskowych statywów karuzelowych i końcówek z filtrami 0,1-10 µl o rozm. S, M i L firmy Eppendorf, stanowiąca dla zamawiającego uzupełnienie posiadanego wyposażenia laboratoryjnego, służącego do odmierzania objętości,</li> <li>– konfekcjonowana fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu kartonowym, wraz z instrukcją obsługi, wymiennymi częściami eksploatacyjnymi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety.</li> </ul>	szt.	8

20	Pipeta automatyczna 2-20 µl	<u>Pipeta automatyczna jednokanałowa, nastawna:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wykonana z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek,</li> <li>– o objętości zmiennej, nastawnej w sposób płynny w zakresie od 2 µl do 20 µl,</li> <li>– z dwoma przyciskami funkcyjnymi (oddzielnym do zrzucania końcówek),</li> <li>– z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objętości,</li> <li>– z możliwością autoklawowania dolnej jej części (trzonu i zrzutnika końcówek),</li> <li>– z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości,</li> <li>– sprawdzona i wykalibrowana fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji oraz z dostępnym w Polsce autoryzowanym punktem serwisowym, wykonującym usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji,</li> <li>– z pełną kompatybilnością funkcjonalną i stanowiskową do zestawów pipet serii Eppendorf Research, sześciostanowiskowych statywów karuzelowych i końcówek z filtrami poj.2-20 µl, 2-100 µl i 2-200 µl firmy Eppendorf, stanowiąca dla zamawiającego uzupełnienie posiadanego wyposażenia laboratoryjnego, służącego do odmierzania objętości,</li> <li>– konfekcjonowana fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu kartonowym, wraz z instrukcją obsługi, wymiennymi częściami eksploatacyjnymi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety.</li> </ul>	szt.	6
21	Pipeta automatyczna 10-100 µl	<u>Pipeta automatyczna, jednokanałowa, nastawna:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wykonana z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek,</li> <li>– o objętości zmiennej, nastawnej w sposób płynny w zakresie od 10 µl do 100 µl,</li> <li>– z dwoma przyciskami funkcyjnymi (oddzielnym do zrzucania końcówek),</li> <li>– z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objętości,</li> <li>– z możliwością autoklawowania dolnej jej części (trzonu i zrzutnika końcówek),</li> <li>– z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości,</li> <li>– sprawdzona i wykalibrowana fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji oraz z dostępnym w Polsce autoryzowanym punktem serwisowym, wykonującym usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji,</li> <li>– z pełną kompatybilnością funkcjonalną i stanowiskową zestawów pipet serii Eppendorf Research, sześciostanowiskowych statywów karuzelowych i końcówek z filtrami poj.2-100 µl, 2-200 µl i 20-300 µl firmy Eppendorf, stanowiąca dla zamawiającego uzupełnienie posiadanego wyposażenia laboratoryjnego, służącego do odmierzania objętości,</li> <li>– konfekcjonowana fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu kartonowym, wraz z instrukcją obsługi, wymiennymi częściami eksploatacyjnymi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety.</li> </ul>	szt.	9

22	Pipeta automatyczna 20-200 µl	<u>Pipeta automatyczna, jednokanałowa, nastawna:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wykonana z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek,</li> <li>– o objętości zmiennej, nastawnej w sposób płynny w zakresie od 20 µl do 200 µl,</li> <li>– z dwoma przyciskami funkcyjnymi (oddzielnym do zrzucania końcówek),</li> <li>– z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objętości,</li> <li>– z możliwością autoklawowania dolnej jej części (trzonu i zrzutnika końcówek),</li> <li>– z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości,</li> <li>– sprawdzona i wykalibrowana fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji oraz z dostępnym w Polsce autoryzowanym punktem serwisowym, wykonującym usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji oferowanych pipet,</li> <li>– z pełną kompatybilnością funkcjonalną i stanowiskową do zestawów pipet serii Eppendorf Research, sześciostanowiskowych statywów karuzelowych i końcówek z filtrami 2-100 µl, 2-200 µl i 20-300 µl firmy Eppendorf, stanowiąca dla zamawiającego uzupełnienie posiadanego wyposażenia laboratoryjnego, służącego do odmierzenia objętości,</li> <li>– konfekcjonowana fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu kartonowym, wraz z instrukcją obsługi, wymiennymi częściami eksploatacyjnymi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety.</li> </ul>	szt.	7
23	Pipeta automatyczna 100-1000 µl	<u>Pipeta automatyczna, jednokanałowa, nastawna:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wykonana z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek,</li> <li>– o objętości zmiennej, nastawnej w sposób płynny w zakresie od 100 µl do 1000 µl,</li> <li>– z dwoma przyciskami funkcyjnymi (oddzielnym do zrzucania końcówek),</li> <li>– z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objętości,</li> <li>– z możliwością autoklawowania dolnej jej części (trzonu i zrzutnika końcówek),</li> <li>– z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości,</li> <li>– sprawdzona i wykalibrowana fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji oraz z dostępnym w Polsce autoryzowanym punktem serwisowym, wykonującym usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji oferowanych pipet,</li> <li>– z pełną kompatybilnością funkcjonalną i stanowiskową do zestawów pipet serii Eppendorf Research, sześciostanowiskowych statywów karuzelowych i końcówek z filtrami poj. 50-1000 µl firmy Eppendorf, stanowiąca dla zamawiającego uzupełnienie posiadanego wyposażenia laboratoryjnego, służącego do odmierzenia objętości,</li> <li>– konfekcjonowana fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu kartonowym, wraz z instrukcją obsługi, wymiennymi częściami eksploatacyjnymi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety.</li> </ul>	szt.	8

24	Pipeta automatyczna 500-5000 µl	<u>Pipeta automatyczna, jednokanałowa, nastawna:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wykonana z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek,</li> <li>– o objętości zmiennej, nastawnej w sposób płynny w zakresie od 500 µl do 5000 µl,</li> <li>– z dwoma przyciskami funkcyjnymi (oddzielnym do zrzucania końcówek),</li> <li>– z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objętości,</li> <li>– z możliwością autoklawowania dolnej jej części (trzonu i zrzutnika końcówek),</li> <li>– z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości,</li> <li>– sprawdzona i wykalibrowana fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji oraz z dostępnym w Polsce autoryzowanym punktem serwisowym, wykonującym usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji oferowanych pipet,</li> <li>– z pełną kompatybilnością funkcjonalną i stanowiskową do zestawów pipet serii Eppendorf Research, sześciostanowiskowych statywów karuzelowych i końcówek z filtrami poj. 100-5000 µl firmy Eppendorf, stanowiąca dla zamawiającego uzupełnienie posiadanego wyposażenia laboratoryjnego, służącego do odmierzenia objętości,</li> <li>– konfekcjonowana fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu kartonowym, wraz z instrukcją obsługi, wymiennymi częściami eksploatacyjnymi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety.</li> </ul>	szt.	3
----	------------------------------------	---	------	---



## ZADANIE VI

**CPV 24496600-3**

<i>Pozycja ewid.</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Charakterystyka przedmiotu zamówienia</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość</i>
<b>25</b>	Testy paskowe do ujawniania krwi	<u>Szybkie testy kontaktowe HEMOPHAN Test lub równoważne:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>– stosowane w kryminalistyce do enzymatycznego ujawniania śladów krwi metodą kontaktową (dotykową),</li><li>– dające barwną reakcję enzymatyczną w obecności hemoglobiny,</li><li>– o wysokiej czułości (wykrywalność od poziomu 5 erytrocytów w 1 µl próbki),</li><li>– „świeże” (pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej), i utrzymujące wymaganą czułość reakcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru jakościowo-ilościowego, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie (do wykrywania śladowej zawartości krwi w śladach biologicznych),</li><li>– konfekcjonowane fabrycznie, po 50 sztuk, w hermetycznie zamkniętych opakowaniach, opatrzonych numerem serii i datą ważności.</li></ul>	op.	<b>230</b>



## Załącznik nr 3

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

### **FORMULARZ OFERTOWY**

My, niżej podpisani

.....

.....  
działając w imieniu i na rzecz

.....

.....

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy materiałów i odczynników techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA – spr. nr 194/Cmt/07/EJ składamy niniejszą ofertę.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz że zamówienie będzie zrealizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ.

#### **Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia z zakresu Zadania nr 1 za:**

\*łączną wartość netto ..... złotych  
(słownie:.....)  
łączną wartość brutto ..... złotych  
(słownie:.....)  
zgodnie z poniższą kalkulacją:

L.p.	Przedmiot zamówienia w zadaniu nr 1, z podaniem nazwy, zgodny z wymaganiami zamawiającego	Ilość **	Cena jednostkowa brutto (w zł)	Wartość brutto (w zł)  (ilość x cena jedn. brutto)

Udzielimy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w zadaniu nr 1 w wysokości .....

**Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia z zakresu Zadania nr II za:**

\*łącną wartość netto ..... złotych  
(słownie:.....)  
łącną wartość brutto ..... złotych  
(słownie:.....)  
zgodnie z poniższą kalkulacją:

L.p.	Przedmiot zamówienia w zadaniu nr II, z podaniem nazwy, zgodny z wymaganiami zamawiającego	Ilość **	Cena jednostkowa brutto (w zł)	Wartość brutto (w zł) (ilość x cena jedn. brutto)

Udzielimy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w zadaniu nr II w wysokości .....

**Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia z zakresu Zadania nr III za:**

\*łącną wartość netto ..... złotych  
(słownie:.....)  
łącną wartość brutto ..... złotych  
(słownie:.....)  
zgodnie z poniższą kalkulacją:

L.p.	Przedmiot zamówienia w zadaniu nr III, z podaniem nazwy, zgodny z wymaganiami zamawiającego	Ilość **	Cena jednostkowa brutto (w zł)	Wartość brutto (w zł) (ilość x cena jedn. brutto)

Udzielimy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w zadaniu nr III w wysokości .....

**Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia z zakresu Zadania nr IV za:**

\*łącną wartość netto ..... złotych  
(słownie:.....)  
łącną wartość brutto ..... złotych  
(słownie:.....)  
zgodnie z poniższą kalkulacją:

L.p.	Przedmiot zamówienia w zadaniu nr IV, z podaniem nazwy, zgodny z wymaganiami zamawiającego	Ilość **	Cena jednostkowa brutto (w zł)	Wartość brutto (w zł) (ilość x cena jedn. brutto)

				jedn. brutto)

Udzielimy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w zadaniu nr IV wysokości .....

**Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia z zakresu Zadania nr V za:**

\*łącną wartość netto ..... złotych

(słownie:.....)

łącną wartość brutto ..... złotych

(słownie:.....)

zgodnie z poniższą kalkulacją:

L.p.	Przedmiot zamówienia w zadaniu nr V, z podaniem nazwy, zgodny z wymaganiami zamawiającego	Ilość **	Cena jednostkowa brutto (w zł)	Wartość brutto (w zł) (ilość x cena jedn. brutto)

Udzielimy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w zadaniu nr V w wysokości .....

**Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia z zakresu Zadania nr VI za:**

\*łącną wartość netto ..... złotych

(słownie:.....)

łącną wartość brutto ..... złotych

(słownie:.....)

zgodnie z poniższą kalkulacją:

L.p.	Przedmiot zamówienia w zadaniu nr VI, z podaniem nazwy, zgodny z wymaganiami zamawiającego	Ilość **	Cena jednostkowa brutto (w zł)	Wartość brutto (w zł) (ilość x cena jedn. brutto)

Udzielimy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w zadaniu nr VI w wysokości .....

\* Wykonawcy zagraniczni podają wyłącznie wartość netto, a w przypadku wykonawców spoza wspólnego obszaru UE wartość netto musi zawierać opłaty celne na warunkach DDP miejsca dostawy, jak również inne opłaty związane z wprowadzeniem produktów na terytorium RP. Wykonawcy krajowi są zobowiązani podać wszystkie pozycje wyszczególnione w niniejszym formularzu: wartość netto, wartość brutto i ceny jednostkowe brutto.

\*\* zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów i odczynników w opakowaniach o mniejszej zawartości danego odczynnika lub materiału w opakowaniach, ale tylko wówczas, gdy bez naruszenia oryginalnych opakowań fabrycznych, łączna ilość towaru (wyrażona wagowo, objętościowo lub w liczbie sztuk) będzie tożsama z wymaganą przez Zamawiającego oraz będzie zgodna z rozdzielnikiem dostaw do bezpośrednich odbiorców określonych w załączniku nr 2 do SIWZ

Potwierdzamy wykonanie dostawy w terminie wskazanym w rozdziale V niniejszej specyfikacji.

Akceptujemy warunki serwisowe i gwarancyjne oraz zasady odbioru określone w załączniku nr 4 do SIWZ.

Przyjmujemy zasady płatności określone w paragrafie 2 projektu umowy.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część niniejszej oferty są:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....
- 6) .....
- 7) .....

....., dn.....

.....  
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

## **Załącznik nr 4**

### **WYMAGANIA GWARANCYJNE I ZASADY ODBIORU**

#### ***Rozdział I. WYMAGANIA GWARANCYJNE***

1. Wykonawca udzieli gwarancji na towar będący przedmiotem zamówienia:
  - a) w zadaniu nr V, w pozycjach ewidencyjnych od 18 do 24 na okres minimum 36 miesięcy,
  - b) w zadaniach nr od I do IV, w zadaniu nr V w pozycjach ewidencyjnych od 7 do 17 i w zadaniu nr VI na okres minimum 12 miesięcy,
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru jakościowo-ilościowego.
3. W przypadku wad jakościowych towaru ujawnionych w okresie gwarancji, odbiorca końcowy zgłosi na numer faxu WYKONAWCY reklamację, zawierającą następujące dane:
  - a) nazwę reklamowanego towaru i numer katalogowy,
  - b) ilość reklamowanego towaru,
  - c) opis wad.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanego towaru w ciągu 28 dni od dnia zgłoszenia reklamacji drogą faksową do siedziby Wykonawcy, na nowy towar wolny od wad lub zwrotu kwoty zapłaconej za reklamowany towar, zgodnie z wyborem zamawiającego.
5. Termin ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż okres gwarancji.

#### ***Rozdział II. ZASADY ODBIORU***

1. Towar zostanie dostarczony w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach producenta.
2. Dostawa towaru będzie odbywała się zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz „Rozdzielnik dostaw materiałów kryminalistycznych do poszczególnych odbiorców końcowych”.
3. Dostarczony towar będzie podlegał odbiorowi jakościowo-ilościowemu.
4. Odbiór jakościowo-ilościowy odbędzie się w siedzibach odbiorców końcowych (KWP, KSP W-wa, CLK KGP, SP wymienionych w załączniku nr 2).
5. Odbiór jakościowo-ilościowy obejmował będzie między innymi: sprawdzenie dostarczonego przedmiotu umowy ze specyfikacją ilościowo-wartościową oraz sprawdzenie terminu ważności dostarczonego towaru.

## Załącznik nr 5

### OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

**dostawę materiałów i odczynników techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA**

oświadczamy, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych \*

**\* wypełniają wyłącznie Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia**

....., dn. ....

.....  
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)



## Załącznik nr 5 a

(pieczęć Wykonawcy)

### OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

**dostawę materiałów i odczynników techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA**

oświadczamy, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

**\* wypełnia pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu.**

....., dn. ....

.....  
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

## Załącznik nr 5 b

(pieczęć Wykonawcy)

### OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

**dostawę materiałów i odczynników techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA**

oświadczamy, że:

1. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych \*

**\* wypełnia oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.**

....., dn. ....

.....  
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

## Załącznik nr 6

### PROJEKT UMOWY

zawarta w Warszawie w dniu ..... 2007 roku

pomiędzy:

**Komendantem Głównym Policji** z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, zwanym w treści Umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:

..... - .....

a firmą ..... z siedzibą w ..... (.-...) przy ul. ...., wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ....., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ....., zwaną w treści Umowy „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez:

..... - .....

na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 194/Cmt/07/EJ, w zadaniu nr ....., zgodnie z Decyzją nr 325/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie zaopatrywania – w 2007 roku jednostek Policji w sprzęt, materiały i usługi – realizowanego ze środków budżetowych

o następującej treści:

#### § 1 Przedmiot umowy

1. WYKONAWCA sprzedaje, a ZAMAWIAJĄCY nabywa materiały / odczynniki techniki kryminalistycznej, zgodnie ze specyfikacją ilościowo-wartościową określoną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy, mowa jest o:
  - a) towarze lub przedmiocie umowy bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć materiały / odczynniki techniki kryminalistycznej, określone w ustępie 1 niniejszego paragrafu umowy,
  - b) bezpośrednim odbiorcy, rozumie się przez to Komendy Wojewódzkie Policji, Komendę Stołeczną Policji oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, wyszczególnione w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

#### § 2 Warunki płatności

1. Wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1, bez podatku VAT Strony ustalają na kwotę ..... PLN (słownie: .....). Wartość przedmiotu umowy brutto (z podatkiem VAT) Strony ustalają na kwotę ..... PLN (słownie: .....

.....). Wartość przedmiotu umowy brutto obejmuje wszelkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów opakowania oraz ewentualnych upustów i rabatów, skalkulowanych z uwzględnieniem kosztów dostawy (transportu) do magazynu bezpośredniego odbiorcy.

2. WYKONAWCA wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika:

**Komendę Główną Policji**  
**02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150**  
**NIP 521-31-72-762 REGON 012137497**

3. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza płatności częściowe po zrealizowaniu dostawy przedmiotu umowy w całości do danej jednostki terenowej Policji (bezpośredniego odbiorcy).
4. Płatność za zrealizowanie dostawy przedmiotu umowy, będzie dokonana na rzecz WYKONAWCY przelewem w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania przez WYKONAWCĘ faktury wraz z kopiami protokołów odbioru jakościowo-ilościowego, na rachunek:

.....  
**Nr konta: .....**

Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.

5. Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy należy dostarczyć na adres: Wydział Koordynacji Gospodarki Materiałowo-Technicznej Biura Logistyki Policji KGP, ul. Domaniewska 36/38, Warszawa.
6. Podstawą wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy będą podpisane przez bezpośrednich odbiorców protokoły odbioru jakościowo-ilościowego (wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy) z realizacji dostawy z uwzględnieniem zapisu ust. 3 niniejszego paragrafu.

### **§ 3 Termin i procedura dostawy**

1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w nowych, bezzwrotnych, oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach fabrycznych producenta, do każdego bezpośredniego odbiorcy wskazanego w załączniku nr 2 do umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez WYKONAWCĘ w terminie **do dnia 14.12.2007 r.**
3. O przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru WYKONAWCA powiadomi bezpośredniego odbiorcę z 24-godzinnym wyprzedzeniem, na numer telefonu/faxu wskazany w załączniku nr 4, podając co najmniej:
  - a) numer niniejszej umowy,
  - b) asortyment dostarczanego towaru,
  - c) planowaną datę dostarczenia towaru stanowiącego przedmiot umowy.
4. Przedstawiciel bezpośredniego odbiorcy (osoba wskazana w załączniku nr 4 do umowy) wskaże miejsce dostawy na terenie miejscowości wymienionej w załączniku nr 2.
5. Odbiór jakościowo-ilościowy polegał będzie na sprawdzeniu dostarczonego przedmiotu umowy ze specyfikacją ilościowo-wartościową, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy oraz na sprawdzeniu terminu ważności dostarczonego towaru.
6. Umowa zostanie wykonana po zrealizowaniu dostawy przedmiotu umowy do wszystkich bezpośrednich odbiorców, wymienionych w załączniku nr 2 do umowy. Przy czym za datę wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania ostatniego protokołu odbioru jakościowo-ilościowego.

7. Protokoły odbioru jakościowo-ilościowego zostaną sporządzone przez upoważnionych przedstawicieli WYKONAWCY oraz bezpośredniego odbiorcy w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla WYKONAWCY, jeden dla bezpośredniego odbiorcy i dwa dla ZAMAWIAJĄCEGO.
8. Jeżeli w trakcie odbioru jakościowo-ilościowego zostanie stwierdzone, że towar jest uszkodzony, niekompletny lub niezgodny z wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO określonymi w niniejszej umowie, powinien zostać niezwłocznie wymieniony lub uzupełniony przez WYKONAWCĘ.

#### **§ 4 Gwarancja**

1. WYKONAWCA gwarantuje, że dostarczony ZAMAWIAJĄCEMU towar odpowiada przeznaczeniu i użytkowi wynikającemu z umowy, ponadto jest w pełni zgodny ze specyfikacją i załączoną dokumentacją, nowy i wolny od wad.
2. Dostarczony przedmiot umowy objęty jest ..... miesięczną gwarancją, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron protokołu odbioru jakościowo - ilościowego, o którym mowa w § 3 ust. 7.
3. Termin ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż okres gwarancji.
4. W przypadku wad jakościowych towaru, ujawnionych w okresie gwarancji, ZAMAWIAJĄCY zgłosi na numer faxu WYKONAWCY reklamację, zawierającą następujące dane:
  - a) nazwę reklamowanego towaru i numer katalogowy,
  - b) ilość reklamowanego towaru,
  - c) opis wad.
5. WYKONAWCA zobowiązuje się do wymiany reklamowanego towaru w ciągu 28 dni od dnia zgłoszenia reklamacji drogą faksową do siedziby WYKONAWCY, na nowy towar wolny od wad lub zwrotu kwoty zapłaconej za reklamowany towar, zgodnie z wyborem ZAMAWIAJĄCEGO.

#### **§ 5 Kary**

1. WYKONAWCA zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary:
  - a) 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, skutkującego odstąpieniem od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO,
  - b) 0,15 % wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
  - c) 0,15 % wartość brutto reklamowanego towaru, w przypadku przekroczenia czasu wymiany reklamowanego towaru (określonego w § 4 ust. 5 niniejszej umowy), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY następujące kary:
  - a) 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, gdy WYKONAWCA odstąpił od umowy z powodu okoliczności za które odpowiedzialność spoczywa na ZAMAWIAJĄCYM, z wyjątkiem okoliczności o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
3. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 i 2, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
4. ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić kary umowne przy opłaceniu faktury za dostarczony towar.

## **§ 6 Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku zaistnienia sporu, Strony zobowiązują się w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty jego zaistnienia, rozstrzygnąć spór w drodze postępowania ugodowego. W razie braku możliwości ugodowego załatwienia sporu, sprawa zostanie poddana rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Zmiany w umowie wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Integralną część umowy stanowią załączniki nr 1, 2, 3 i 4.
5. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze otrzymuje ZAMAWIAJĄCY, a 1 egzemplarz WYKONAWCA.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

.....

.....

.....

**Załącznik Nr 1**

do Umowy Nr ...../Cmt/07/.... Zadanie nr .....,  
zawartej pomiędzy Komendantem Głównym Policji,  
a firmą .....

**SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO – WARTOŚCIOWA**

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Numer katalogowy</b>	<b>Jedn. miary</b>	<b>Cena jedn. netto PLN</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wartość netto w PLN</b>	<b>Wartość brutto w PLN</b>
<b>RAZEM</b>							





**Załącznik Nr 3**

do Umowy Nr ...../Cmt/07/.... Zadanie nr .....,  
zawartej pomiędzy Komendantem Głównym Policji,  
a firmą .....

**PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWO- JAKOŚCIOWEGO**  
towaru dostarczonego na podstawie do Umowy Nr ...../Cmt/07/.... Zadanie nr .....,  
zawartej pomiędzy Komendantem Głównym Policji,  
a firmą .....

Data dostawy: .....

Miejsce dostawy: .....

Zadanie nr .....

1. Przedmiot odbioru:

Przedmiot zamówienia	Producent, numer katalogowy	Ilość	UWAGI

- 2. Dostarczony towar znajduje się w nowych, bezzwrotnych, nienaruszonych opakowaniach fabrycznych producenta bez śladów zewnętrznych uszkodzeń.
- 3. Termin ważności towaru podany na opakowaniu jest zgodny z wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO.

**Bezpośredni odbiorca :**

**Wykonawca:**