



KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
BIURO FINANSÓW
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY POMOCOWYCH
ul. Domaniewska 36/38; 02-672 Warszawa; tel. 22 60 120 44; fax 22 60 118 57
zamowieniakgp@policja.gov.pl

L.dz. *F2F-5868*...../18

Warszawa, dnia *19*.06.2018 r.

Do Uczestników postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa przenośnych elektronicznych analizatorów do wstępnego wykrywania w ślinie osób badanych środków działających podobnie do alkoholu w ilości 18 zestawów w zamówieniu podstawowym oraz do 2 zestawów w zamówieniu opcjonalnym”, nr sprawy 125/Cut/18/RG/PMP

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

Pytanie nr 1

Zamawiający w treści specyfikacji technicznej wymaga, by na wydruku wyniku badania widniała data ostatniej kalibracji lub data następnej kalibracji. Na wydruku badania przeprowadzonego na urządzeniu ALERE DDS2 zamiast dat kalibracji widnieje zapis „STATUS ANALIZATORA: OK” – świadczy on o tym, że urządzenie posiada ważną kalibrację. Datę następnej kalibracji można łatwo uzyskać z poziomu menu analizatora. Jeżeli analizator jest po terminie kalibracji na wydruku wyniku badania widnieje zapis „STATUS ANALIZATORA: WYMAGANY SERWIS”.

Co więcej urządzenie ostrzega o zbliżającej się dacie kalibracji oraz w wypadku przekroczenia daty serwisowania – wyświetla ostrzeżenie przed rozpoczęciem badania.

Urządzenie Alere DDS2 jest analizatorem używanym przez Policję (KWP Kraków, KWP Kielce, CSP Legionowo), MZK Kraków, ZTM Warszawa oraz Żandarmerię Wojskową. Dostarczonymi przez nas analizatorami wykonano tysiące badań na terenie Polski, a żaden z klientów nie zgłosił zastrzeżeń wobec treści wydruków.

Z punktu widzenia badanego ważne jest, czy w momencie badania urządzenie, którego użyto, jest odpowiednio skalibrowane – tę funkcję spełnia zapis na wydruku urządzenia ALERE DDS2 dlatego prosimy o dopuszczenie analizatora do postępowania.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Ustęp o następującej treści:

- Drukarka urządzenia podaje następujące informacje: nazwę (symbol) i numer fabryczny analizatora, datę (rok, miesiąc, dzień), czas wykonania testu (godzina, minuta), wynik, datę ostatniej kalibracji lub datę następnej kalibracji, z możliwością wygenerowania kopii z miejscem przewidzianym na wpisanie danych personalnych badanego (imię, nazwisko, numer dokumentu tożsamości) podpis i pieczętkę badającego.

zostaje zmodyfikowany i otrzymuje brzmienie:

- „Drukarka urządzenia podaje następujące informacje: nazwę (symbol) i numer fabryczny analizatora, datę (rok, miesiąc, dzień), czas wykonania testu (godzina, minuta), wynik, datę ostatniej kalibracji lub datę następnej kalibracji, lub potwierdzenie, że urządzenie jest prawidłowo skalibrowane, z możliwością wygenerowania kopii z miejscem przewidzianym na wpisanie danych personalnych badanego (imię, nazwisko, numer dokumentu tożsamości), podpis i pieczętkę badającego.”

Powyższa odpowiedź jest wiążąca dla stron postępowania.

KIEROWNIK SEKCJI
Pozyskiwania Środków Pomocowych
Wydział Zamówień Publicznych
i Funduszy Pomocowych
Biura Finansów
Komendy Głównej Policji
Robert SKIBIŃSKI