



KOMENDA GŁÓWNA POLICJI  
BIURO FINANSÓW

02-672 Warszawa  
ul. Domaniewska 36/38

tel. 60-120-44, 60-131-23  
faks. 60-118-57, 845-10-76

FZ. 5990/11

Warszawa, dnia 3...08.2011 r.

**Do uczestników postępowania**

*dot. postępowania na dostawę 520 kompletów Zestawów Ratownictwa Medycznego R0, sprawa nr 17Cut/11/MK*

Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 113, poz.759 z późn.zm.) – ustawa Pzp podaje poniżej treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie (pozycja nr 2 opisu przedmiotu zamówienia) w zestawach R0 opatrunku osobistego typu Olaes Modular Bandage?

Opatrunek Olaes Modular Bandage jest uważany obecnie za najlepszy opatrunek osobisty dla służb mundurowych i wojska. Wysoka jakość opatrunku Olaes Modular Bandage została m.in. doceniona przez Wojsko Polskie które zakupiło go do Indywidualnych Pakietów Medycznych żołnierza.

Obecny opis opatrunku osobistego wskazuje jednoznacznie na jeden typ opatrunku osobistego produkowanego tylko przez jedną firmę, co uniemożliwia złożenie ofert konkurencyjnych cenowo i ogranicza innych oferentów, co do złożenia oferty jest sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Zamawiający wymaga kompresu wyjałowionego (sterylnego) wyposażonego w element uciskający bezpośrednio na ranę. Umieszczonego w sterylnym, hermetycznym, próżniowym opakowaniu. Gaza w kompresie musi spełnić wymóg nieprzywierania do rany i uzyskania precyzyjnego bezpośredniego ucisku. Bandaż elastyczny musi posiadać system zapobiegający przypadkowemu rozwinięciu się. Opatrunek musi być wyposażony w klamrę (zapinka) ułatwiającą mocowanie końca bandaża. Dopuszcza się dodatkowe wyposażenie opatrunku w postaci folii, wyciąganej gazy, drugiej ruchomej podściółki. Wymiary: opatrunku – 15 cm x 120 - 450cm, podkładu – 14 x 20 cm (np. OLAES MODULAR BANDAGE lub OPATRUNEK IZRAELSKI)

**Pytanie nr 2:**

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie szyn typu Sam Splint o wymiarach 90,5 cm x10,8cm zamiast 92 cm x11 cm?

Z medycznego punktu widzenia różnica w długości szyny o 1,6% i w szerokości o 1,8% nie ma znaczenia dla zabezpieczenia kończyny.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Zamawiający wymaga prostej szyny typu SAM SPLINT – wymiary – szerokość od 10 cm do 12 cm, długość od 90 cm do 92 cm wymiary – szerokość od 10 cm do 12 cm, długość od 90 cm do 92 cm”

**Pytanie nr 3:**

Proszę o sprecyzowanie co oznacza stwierdzenie „nowy wzór” przy opisie pozycji – opatrunek wodoszczelny W.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Zamawiający wymaga opatrunku indywidualnego jałowego typ W - wodoszczelny, tzw. "wojskowy" - 2 kompresy (o wymiarach 15cmx11cm) o wysokiej zdolności absorpcyjnej wraz z elastycznym bandażem do szybkiego opatrywania ran i krwotoków w kolorze zielonym 10cmx4m , umożliwia skuteczne tamowanie krwawienia w warunkach wypadkowych, a także opatrywanie ran postrzałowych. Opatrunek jest jałowy, zapakowany w papier powlekany polietylenem, co zapewnia mu wodoszczelność.

**Pytanie nr 4:**

Czy maska do sztucznego oddychania z filtrem, zastawką i ustnikiem typu „pocket-mask” ma być w plastikowym futerale?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Tak, maska do sztucznego oddychania z filtrem, zastawką i ustnikiem typu „pocket-mask” ma być w plastikowym futerale.

**Pytanie nr 5:**

Czy zamawiający uzna za wystarczającą referencję dostawę sprzętu ratownictwa medycznego tj. defibrylatorów wraz z wyposażeniem na kwotę 1 000 000,00 złotych?

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

W związku ze zmianą treści SIWZ o udzielenie zamówienia, może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w szczególności:

a.) należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jedną dostawę odpowiadającą swym rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 90 000,00 zł brutto oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

Dostawa sprzętu ratownictwa medycznego tj. defibrylatorów wraz z wyposażeniem na kwotę 1 000 000,00 zł odpowiada rodzajem oraz wartością warunkowi, określonego przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy Pkt 3 załącznika Nr 1 SIWZ sprawy 17/CUT/11/MK opatrunek koagulacyjny:

1. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia produktu klasy medycznej III (do stosowania na rany o dużej intensywności krwawienia, głębokie rany) czy dopuszcza także IIb (umiarkowane krwawienia rany, płytkie rany)?

2. Czy Zamawiający wymaga bojowej maskującej barwy produktu?

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

1. Tak, Zamawiający wymaga produktu III klasy medycznej.

2. Zamawiający nie wymaga bojowej maskującej barwy produktu.

### **Pytanie nr 7:**

Dotyczy Pkt 6,7 i 8 załącznika Nr 1 SIWZ sprawy 17/CUT/11/MK opatrunek hydrożelowy:

Zamawiający wskazuje na wymiar 12x24cm oraz 22x28cm charakterystyczny dla jednego dostępnego na rynku opatrunku, który przez producenta określany jest w parametrach:

- dopuszczalna temperatura składowania opatrunku 0-25 stopni C.,
- brak możliwości aplikacji na ubranie poparzonego pacjenta – opatrunek nie zawiera płynnego hydrożelu, tylko ma formę galarety.
- 4 osobne opakowania dla jednego opatrunku do otwarcia przed aplikacją – folia zewnętrzna, folia wewnętrzna, forma, folia ochronna.
- odblaskująca srebrna folia zewnętrzna opakowania dyskredytująca używanie opatrunku w działaniach bojowych.
- brak informacji na opakowaniu o % całkowitej powierzchni ciała dla osoby dorosłej i dzieci, którą pokrywa opatrunek.
- brak informacji na opakowaniu w formie zdjęcia o możliwej aplikacji.

1.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opatrunek 10x10 lub 10x40cm adekwatnie dla pozycji 6?

2.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opatrunek 10x40 lub 20x45cm dla pozycji 7?

3.Czy Zamawiający wymaga w pozycji 6,7,8 opatrunku spełniającego parametry składowania w warunkach naszego klimatu – min. -5/+35 stopni C?

4.Czy Zamawiający wymaga w pozycji 6,7,8 opatrunku w postaci półpłynnego hydrożelu?

5.Czy Zamawiający wymaga w pozycji 6,7,8 informacji o % CPC dla osoby dorosłej i dzieci trwale nadrukowanej w widocznym miejscu opakowania?

6.Czy Zamawiający wymaga w pozycji 6,7,8 informacji nadrukowanej na opakowaniu w formie zdjęcia o możliwej aplikacji opatrunku?

7.Czy Zamawiający wymaga w pozycji 6,7,8 nadanych numerów NSN (Nato Stocking Numbers)?

8.Czy Zamawiający wymaga w pozycji 6,7,8 bojowej maskującej barwy opakowania?

### **Odpowiedź na pytanie nr 7:**

1. Zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Zamawiający dopuści do zaoferowania opatrunek hydrożelowy o wymiarach: szerokość od 10 cm do 15 cm, długość od 20 cm do 40 cm, parametry składowania min. 0/+40 stopni C (pozycja nr 6 zestawu w opisie przedmiotu zamówienia).

2. Zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Zamawiający dopuści do zaoferowania opatrunek hydrożelowy o wymiarach: szerokość od 10 cm do 25 cm, długość od 25 cm do 45 cm, parametry składowania min. 0/+40 stopni C (pozycja nr 7 zestawu w opisie przedmiotu zamówienia).

3. Zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie. Zamawiający wymaga w pozycji 6,7,8 opatrunku spełniającego parametry składowania min. 0/+40 stopni C. Zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

4.Tak, Zamawiający wymaga w pozycji 6,7,8 opatrunku w postaci półpłynnego hydrożelu.

5.Zamawiający nie wymaga w pozycji 6,7,8 informacji o % CPC dla osoby dorosłej i dzieci trwale nadrukowanej w widocznym miejscu opakowania.

6.Zamawiający nie wymaga w pozycji 6,7,8 informacji nadrukowanej na opakowaniu w formie zdjęcia o możliwej aplikacji opatrunku.

7.Tak, Zamawiający wymaga w pozycji 6,7,8 nadanych numerów NSN (NATO Stock Number).

8.Nie, Zamawiający nie wymaga w pozycji 6,7,8 bojowej maskującej barwy opakowania.

### **Pytanie nr 8:**

Dotyczy Pkt 15 załącznika Nr 1 SIWZ sprawy 17/CUT/11/MK opatrunek wentylowany.

1.Czy Zamawiający wymaga bojowej maskującej barwy opakowania?

### **Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Zamawiający nie wymaga bojowej maskującej barwy opakowania.

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy Pkt 18 załącznika Nr 1 SIWZ sprawy 17/CUT/11/MK szyna SAM Splint.

1.Czy Zamawiający wymaga bojowej maskującej barwy produktu?

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Zamawiający nie wymaga bojowej maskującej barwy produktu.

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy Pkt 2 załącznika Nr 1 SIWZ sprawy 17/CUT/11/MK bandaż ratowniczy osobisty

1.Czy Zamawiający wymaga mechanizmu, który zwalnia proces przypadkowego rozwijania na całej długości bandaża podczas naturalnego procesu bandażowania w taki sposób, że bandaż rozwija się równomiernie i nie rozwija się po upuszczeniu?

2.Czy Zamawiający wymaga dodatkowego zabezpieczenia sterylności opatrunku poprzez zewnętrzne i wewnętrzne opakowanie bandaża ratowniczego?

3.Czy Zamawiający wymaga bandaża ratowniczego wyposażonego w zapinkę umieszczoną na końcu bandaża dzięki temu zapewnia to bezpieczne mocowanie opatrunku oraz umożliwia natychmiastowe zdjęcie bandaża w każdym momencie?

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

1.Tak, Zamawiający wymaga mechanizmu, który uniemożliwia przypadkowe rozwinięcie się bandaża.

2.Tak, Zamawiający wymaga dodatkowego zabezpieczenia sterylności opatrunku poprzez zewnętrzne i wewnętrzne opakowanie bandaża ratowniczego.

3.Bandaż ratowniczy musi być wyposażony w zapinkę.

**Pytanie nr 11:**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrożelowy o wymiarach 20cm x 20cm ?

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Zaproponowane parametry są zgodne z wymogami opisu przedmiotu zamówienia – pkt 7 zestawu.

**Pytanie nr 12:**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrożelowy o wymiarach 20cm x 45cm ?

Jako że opatrunki te mają być wykorzystywane w działaniach ratowniczych w warunkach poza szpitalnych, czy Zamawiający będzie wymagał aby opatrunki te były w formie półpłynnej naniesionej na bazowy materiał opatrunkowy (np gazę)? Tylko taka forma opatrunków umożliwi dotarcie żelu do oparzonych tkanek w przypadku gdy uszkodzony ma na sobie części ubrania. Dostępne na rynku są bowiem także opatrunki hydrożelowe w formie plastrów o konsystencji stałej, przeznaczone do leczenia oparzeń po opracowaniu chirurgicznym, w warunkach szpitalnych. Należy zaznaczyć, iż opatrunki szpitalne o konsystencji stałej są kilka krotnie tańsze niż półpłynne ratownicze.

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

Zaproponowane parametry są zgodne z wymogami opisu przedmiotu zamówienia – pkt 7 zestawu. Zamawiający nie wymaga opatrunków w oddzielnym opakowaniu w formie półpłynnej.

**Pytanie nr 13:**

Czy Zamawiający zmieni zapis odnoszący się do opatrunków hydrożelowych na taki, który zapewni minimum 904 cm<sup>2</sup> zaopatrywanej powierzchni ciała oraz gwarancji przynajmniej dwóch opatrunków co odpowiada obecnemu zapisowi SIWZ? Zmiana na w/w zapis spowoduje możliwość złożenia większej ilości ofert co wpłynie na wybór najkorzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

Nie, Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 14:**

Jako że większość oparzeń twarzy współlistnieje z oparzeniami części głowy, zasadne wydaje się określenie wielkości opatrunku twarzowego. Dostępne na rynku są bowiem zarówno takie o wielkości np 20x45cm którymi u osoby dorosłej można opatrzyć jedynie twarz, oraz takie o wielkości 40x60 którymi można opatrzyć zarówno twarz jak i większą część głowy, która zazwyczaj także ulega oparzeniom współlistniącym z oparzeniami twarzy. Prosimy o doprecyzowanie rozmiaru opatrunku twarzowego.

**Odpowiedź na pytanie nr 14:**

Zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie. Zamawiający wymaga opatrunku hydrożelowego na twarz o wymiarach: szerokość: od 15 cm do 45 cm, długość od 40 cm do 65 cm.

**Pytanie nr 15:**

Czy Zamawiający dopuści kołnierze ortopedyczne jednoczęściowe jednorazowego użytku bez możliwości regulacji ale w dwóch rozmiarach?

W praktyce założenie kołnierza ortopedycznego oznacza pozostawienie go z pacjentem do czasu wykonania pełnej diagnostyki obrazowej odcinka szyjnego kręgosłupa w szpitalu. Kołnierze regulowane są sprzętem wielorazowego użytku a w przypadku zanieczyszczenia materiałem biologicznym należy taki kołnierz w odpowiedni sposób zdezynfekować przed ponownym użyciem co określają odpowiednie przepisy sanitarne.

**Odpowiedź na pytanie nr 15:**

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 16:**

Czy Zamawiający dopuści szynę typu Sam Splint o wymiarach 91cm x 10cm ? Wydłużenie i poszerzenie szyny o 1cm nie ma wpływu na jakość zabezpieczenia kończyny z uwagi na sposób jej zakładania.

**Odpowiedź na pytanie nr 16:**

Zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie. Zamawiający wymaga prostej szyny typu SAM SPLINT – wymiary – szerokość od 10 cm do 12 cm, długość od 90 cm do 92 cm wymiary – szerokość od 10 cm do 12 cm, długość od 90 cm do 92 cm”

**Pytanie nr 17:**

Zamawiający opisał opatrunek koagulacyjny jako umieszczony w jałowej gazie. Jest to forma opatrunków która w chwili obecnej wychodzi już z użycia, zastępowana przez bardziej uniwersalne opatrunki koagulacyjne w formie bandaża, nasączonego środkiem hemostatycznym. Opatrunki takie są pakowane próżniowo, dzięki czemu ich wielkość ulega znaczącemu zmniejszeniu. Prosimy o rozważenie zmiany zapisu, dzięki czemu Zamawiający będzie wymagał opatrunku najnowszej generacji a nie przestarzałego, wychodzącego już z użycia.

**Odpowiedź na pytanie nr 17:**

Zamawiający wymaga dostarczenia opatrunku na silne krwotoki w postaci gazy nasączonej środkiem homeostatycznym.

**Pytanie nr 18:**

Opatrunek z zastawką jednokierunkową pojedynczą stanowi podobnie jak w przypadku opatrunku koagulacyjnego w gazie, rozwiązanie już przestarzałe wychodzące z użycia. W chwili obecnej

najnowsze opatrunki wentylowe posiadają zastawki trójdzielne płaskie, uniemożliwiające przypadkowe zamknięcie np częścią oporządzenia czy ubioru. Należy dodać, że Wojsko Polskie na potrzeby PKW ISAF kupuje wyłącznie takie, najnowsze opatrunki wentylowe z zastawką trójdzielną. Prosimy o rozważenie zmiany zapisów aby Zamawiający wymagał opatrunków najnowszej generacji a nie wychodzących z użycia.

**Odpowiedź na pytanie nr 18:**

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 19:**

Czy Zamawiający dopuści torbo-plecak bez gąbkowego wypełnienia pasów? Takie rozwiązania są stosowane w przypadku gdy plecak będzie obciążony dużym ciężarem. W zestawie R0 taka sytuacja nie będzie miała miejsca z uwagi na określenie zawartości plecaka a wpłynie to korzystnie na cenę zestawu.

**Odpowiedź na pytanie nr 19:**

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 20:**

Czy Zamawiający dopuści torbo-plecak o pojemności 57 litrów?

**Odpowiedź na pytanie nr 20:**

Nie, Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 21:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w rozdz. VI pkt 1 SIWZ określającego wartość wykonanego zamówienia z „ co najmniej 100.000,00 zł. brutto” na „ co najmniej 90.000,00 zł. brutto”?

Uzasadnienie: nasza firma zrealizowała dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi w/w zamówienia o wartości powyżej 90 tys. zł. brutto, co nieznacznie odbiega od wartości określonej przez Zamawiającego a jednak uniemożliwia nam złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu. Naszym zdaniem proponowana zmiana wartości wykonanego zamówienia nie zmieni wiarygodności oferenta a jednocześnie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert poprzez zwiększenie liczby oferentów.

Dlatego prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszego zapytania.

**Odpowiedź na pytanie nr 21:**

W związku ze zmianą treści SIWZ o udzielenie zamówienia, może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w szczególności:

- a) należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jedną dostawę odpowiadającą swym rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 90 000,00 zł brutto oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

**Pytanie nr 22:**

Ad. Pkt 3 załącznika Nr 1 SIWZ sprawy 17/CUT/11/MK opatrunek koagulacyjny

1. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia produktu klasy medycznej III (do stosowania na rany o dużej intensywności krwawienia, głębokie rany) czy dopuszcza także IIb (umiarkowane krwawienia rany, płytkie rany)?
2. Czy Zamawiający wymaga bojowej maskującej barwy produktu.

**Odpowiedź na pytanie nr 22:**

1. Zamawiający wymaga produktu III klasy medycznej.

2. Zamawiający nie wymaga bojowej maskującej barwy produktu.

**Pytanie nr 23:**

Ad. Pkt 6,7 i 8 załącznika Nr 1 SIWZ sprawy 17/CUT/11/MK opatrunek hydrożelowy  
Zamawiający wskazując na wymiar 12x24cm oraz 22x28cm ma na myśli opatrunek określany przez producenta jako hydrożelowy jednakże charakteryzujący się następującymi cechami:

- dopuszczalna temperatura składowania opatrunku 0-25 stopni C.,
- brak możliwości aplikacji na ubranie poparzonego pacjenta – opatrunek nie zawiera płynnego hydrożelu, tylko ma formę galarety.
- 4 osobne opakowania dla jednego opatrunku do otwarcia przed aplikacją – folia zewnętrzna, folia wewnętrzna, forma, folia ochronna.
- odblaskująca srebrna folia zewnętrzna opakowania dyskredytująca używanie opatrunku w działaniach bojowych.
- brak informacji na opakowaniu o % całkowitej powierzchni ciała dla osoby dorosłej i dzieci, którą pokrywa opatrunek.
- brak informacji na opakowaniu w formie zdjęcia o możliwej aplikacji.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opatrunków 100cm<sup>2</sup> lub 400cm<sup>2</sup> adekwatnie dla pozycji 6?
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opatrunków 400cm<sup>2</sup> lub 900cm<sup>2</sup> dla pozycji 7?
3. Czy Zamawiający wymaga w pozycji 6,7,8 opatrunku spełniającego parametry składowania w warunkach naszego klimatu – min. -5/+35 stopni C?
4. Czy Zamawiający wymaga w pozycji 6,7,8 opatrunku w postaci półpłynnego hydrożelu?
5. Czy Zamawiający wymaga w pozycji 6,7,8 informacji o % CPC dla osoby dorosłej i dzieci trwale nadrukowanej w widocznym miejscu opakowania?
6. Czy Zamawiający wymaga w pozycji 6,7,8 informacji nadrukowanej na opakowaniu w formie zdjęcia o możliwej aplikacji opatrunku?
7. Czy Zamawiający wymaga w pozycji 6,7,8 nadanych numerów NSN (Nato Stocking Numbers)?
8. Czy Zamawiający wymaga w pozycji 6,7,8 bojowej maskującej barwy opakowania?

**Odpowiedź na pytanie nr 23:**

1. Zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Zamawiający dopuści do zaoferowania opatrunków hydrożelowych o wymiarach: szerokość od 10 cm do 15 cm, długość od 20 cm do 40 cm, parametry składowania min. 0/+40 stopni C (pozycja nr 6 zestawu w opisie przedmiotu zamówienia).

2. Zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Zamawiający dopuści do zaoferowania opatrunków hydrożelowych o wymiarach: szerokość od 10 cm do 25 cm, długość od 25 cm do 45 cm, parametry składowania min. 0/+40 stopni C (pozycja nr 7 zestawu w opisie przedmiotu zamówienia).

3. Zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie. Zamawiający wymaga w pozycji 6,7,8 opatrunku spełniającego parametry składowania min. 0/+40 stopni C. Zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

4. Tak, Zamawiający wymaga w pozycji 6,7,8 opatrunku w postaci półpłynnego hydrożelu.

5. Zamawiający nie wymaga w pozycji 6,7,8 informacji o % CPC dla osoby dorosłej i dzieci trwale nadrukowanej w widocznym miejscu opakowania.

6. Zamawiający nie wymaga w pozycji 6,7,8 informacji nadrukowanej na opakowaniu w formie zdjęcia o możliwej aplikacji opatrunku.

7. Tak, Zamawiający wymaga w pozycji 6,7,8 nadanych numerów NSN (Nato Stocking Numbers).

8. Zamawiający nie wymaga w pozycji 6,7,8 bojowej maskującej barwy opakowania.

**Pytanie nr 24:**

Ad. Pkt 15 załącznika Nr 1 SIWZ sprawy 17/CUT/11/MK opatrunek wentylowany

Czy Zamawiający wymaga bojowej maskującej barwy opakowania?

**Odpowiedź na pytanie nr 24:**

Zamawiający nie wymaga bojowej maskującej barwy opakowania.

**Pytanie nr 25:**

**Ad. Pkt 18 załącznika Nr 1 SIWZ sprawy 17/CUT/11/MK szyna SAM Splint**

Czy Zamawiający wymaga bojowej maskującej barwy produktu.

**Odpowiedź na pytanie nr 25:**

Zamawiający nie wymaga bojowej maskującej barwy produktu.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 113, poz.759 z późn.zm.) – ustawa Pzp zmienił treść Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1.W Załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – „w zestawie – pkt 2” zmienia zapis z:

„bandaż ratowniczy osobisty o wymiarach 15 cm x 4,5 m z podściółką o wymiarach 15 cm x 18 cm, wyposażony w klamrę ułatwiającą bandażowanie w różnych kierunkach 1 sztuka”

na:

„kompres wyjałowiony (sterylny) wyposażony w element uciskający bezpośrednio na ranę. Umieszczony w sterylnym, hermetycznym, próżniowym opakowaniu . Gaza w kompresie musi spełnić wymóg nieprzywierania do rany i uzyskania precyzyjnego bezpośredniego ucisku. Bandaż elastyczny musi posiadać system zapobiegający przypadkowemu rozwinięciu się. Opatrunek musi być wyposażony w klamrę (zapinka) ułatwiającą mocowanie końca bandaża. Dopuszcza się dodatkowe wyposażenie opatrunku w postaci folii, wyciąganej gazy, drugiej ruchomej podściółki. Wymiary: opatrunku – 15 cm x 120 - 450cm, podkładu – 14 x 20 cm (np. OLAES MODULAR BANDAGE lub OPATRUNEK IZRAELSKI)1 sztuka”

2.W Załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – „w zestawie – pkt 18 ” zmienia zapis z:

„prosta szyna typu SAM SPLINT – 92 cm x 11 cm 2 sztuki”

na:

„prosta szyna typu SAM SPLINT – wymiary – szerokość od 10 cm do 12 cm, długość od 90 cm do 92 cm 2 sztuki”

3. W Załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – „w zestawie – pkt 1 ” zmienia zapis z:

„opatrunek osobisty wodoszczelny – „W” nowy wzór 2 sztuki”

na:

„Opatrunek indywidualny jałowy typ W - wodoszczelny, tzw. "wojskowy" - 2 kompresy (o wymiarach 15cmx11cm) o wysokiej zdolności absorpcyjnej wraz z elastycznym bandażem do szybkiego opatrywania ran i krwotoków w kolorze zielonym 10cmx4m , umożliwiają skuteczne tamowanie krwawienia w warunkach wypadkowych, a także opatrywanie ran postrzałowych. Opatrunek jest jałowy, zapakowany w papier powlekany polietylenem, co zapewnia mu wodoszczelność 2 sztuki”



6. W rozdziale VI pkt 1 SIWZ – „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW” zmienia zapis z:

„O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w szczególności:

a.) należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jedną dostawę odpowiadającą swym rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto”

na:

„O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w szczególności:

a.) należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jedną dostawę odpowiadającą swym rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 90 000,00 zł brutto.”

7.W Załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – „w zestawie – pkt 6 ” zmienia zapis z:

„opatrunek hydrożelowy schładzający na oparzenia 12cm x 24 cm 1 sztuka”

na:

„opatrunek hydrożelowy o wymiarach: szerokość od 10 cm do 15 cm, długość od 20 cm do 40 cm, parametry składowania min. 0/+40 stopni C”

8. W Załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – „w zestawie – pkt 7 ” zmienia zapis z:

„opatrunek hydrożelowy schładzający na oparzenia 22cm x 28 cm 1 sztuka”

na:

„opatrunek hydrożelowy o wymiarach: szerokość od 10 cm do 25 cm, długość od 25 cm do 45 cm, parametry składowania min. 0/+40 stopni C”

9. W Załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – „w zestawie – pkt 8” zmienia zapis z:

„opatrunek hydrożelowy na twarz 1 sztuka”

na:

„opatrunek hydrożelowy na twarz o wymiarach: szerokość: od 15 cm do 45 cm, długość od 40 cm do 65 cm, parametry składowania min. 0/+40 stopni C, 1 sztuka”

10. W Rozdziale XII SIWZ zmienia zapis z:

**„XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

**Miejsce i termin składania ofert:**

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści

oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2. Koperta powinna być zaadresowana oraz opisana według poniższego wzoru:

**KOMENDA GŁÓWNA POLICJI  
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
BIURO FINANSÓW KGP,  
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38**

*Postępowanie nr 17/Cut/11/MK*

**Oferta na dostawę 520 kompletów Zestawów Ratownictwa Medycznego R0  
Nie otwierać przed dniem 16.08.2011 r. godz. 12.00**

**UWAGA** - przesyłka zawierająca ofertę, przekazywana za pośrednictwem poczty kurierskiej musi być oznakowana (opisana) zewnętrznie w sposób określony w pkt 2 niniejszego rozdziału.

Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.

3. Ofertę należy złożyć do dnia **16.08.2011 r. do godz. 11.30** w Biurze Finansów KGP, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531 A, tel. 0-22/60-132-04, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku).
4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

**Miejsce i tryb otwarcia ofert:**

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu **16.08.2011 r. o godz. 12.00**”

na:

**„XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

**Miejsce i termin składania ofert:**

6. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
7. Koperta powinna być zaadresowana oraz opisana według poniższego wzoru:

**KOMENDA GŁÓWNA POLICJI  
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
BIURO FINANSÓW KGP,  
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38**

*Postępowanie nr 17/Cut/11/MK*

**Oferta na dostawę 520 kompletów Zestawów Ratownictwa Medycznego R0  
Nie otwierać przed dniem 26.08.2011 r. godz. 12.00**

**UWAGA** - przesyłka zawierająca ofertę, przekazywana za pośrednictwem poczty kurierskiej musi być oznakowana (opisana) zewnętrznie w sposób określony w pkt 2 niniejszego rozdziału.

Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.

8. Ofertę należy złożyć do dnia **26.08.2011 r. do godz. 11.30** w Biurze Finansów KGP, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531 A, tel. 0-22/60-132-04, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku).
9. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
10. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

**Miejsce i tryb otwarcia ofert:**

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu **26.08.2011 r. o godz. 12.00**”

11. W Załączniku nr 5 do załącznika nr 2 do SIWZ – projekt umowy zmienia zapis z:

„Harmonogram dostaw:

1 partia – do 20 września 2011 r – 60 zestawów”

na:

„Harmonogram dostaw:

1 partia – do 1 października 2011 r – 60 zestawów”

Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 5 do załącznika nr 2 do SIWZ – projektu umowy stanowią załączniki do niniejszego pisma.


**Powyższe odpowiedzi i zmiany SIWZ są wiążące dla stron postępowania.**

NACZELNIK  
Wydziału Zarządztwa Publicznych  
Biura Finansów  
Komendy Głównej Policji  
*Jarosław WYZGOWSKI*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

W zestawie:

1. Opatrunek indywidualny jałowy typ W - wodoszczelny, tzw. "wojskowy" - 2 kompresy (o wymiarach 15cmx11cm) o wysokiej zdolności absorpcyjnej wraz z elastycznym bandażem do szybkiego opatrywania ran i krwotoków w kolorze zielonym 10cmx4m , umożliwia skuteczne tamowanie krwawienia w warunkach wypadkowych, a także opatrywanie ran postrzałowych. Opatrunek jest jałowy, zapakowany w papier powlekany polietylenem, co zapewnia mu wodoszczelność 2 sztuki
2. kompres wyjąłowany (sterylny) wyposażony w element uciskający bezpośrednio ranę. Umieszczony w sterylnym, hermetycznym, próżniowym opakowaniu . Gaza w kompresie musi spełnić wymóg nieprzywierania do rany i uzyskania precyzyjnego bezpośredniego ucisku. Bandaż elastyczny musi posiadać system zapobiegający przypadkowemu rozwinięciu się. Opatrunek musi być wyposażony w klamrę (zapinka) ułatwiającą mocowanie końca bandaża. Dopuszcza się dodatkowe wyposażenie opatrunku w postaci folii, wyciąganej gazy, drugiej ruchomej podściółki. Wymiary: opatrunku – 15 cm x 120 - 450cm, podkładu – 14 x 20 cm (np. OLAES MODULAR BANDAGE lub OPATRUNEK IZRAELSKI) 1 sztuka
3. opatrunek koagulacyjny do tamowania bardzo silnych krwotoków w postaci gazy nasączonej środkiem homeostatycznym 1sztuka
4. gaza opatrunkowa jałowa 1m2 2 sztuki
5. chusta trójkątna 2 sztuki
6. opatrunek hydrożelowy o wymiarach: szerokość od 10 cm do 15 cm, długość od 20 cm do 40 cm, parametry składowania min. 0/+40 stopni C 1 sztuka
7. opatrunek hydrożelowy o wymiarach: szerokość od 10 cm do 25 cm, długość od 25 cm do 45 cm, parametry składowania min. 0/+40 stopni C 1 sztuka
8. opatrunek hydrożelowy na twarz o wymiarach: szerokość: od 15 cm do 45 cm, długość od 40 cm do 65 cm 1 szuka" 1 sztuka
9. kompresy gazowe 9cm x 9cm (3sztuki w opak.) 2 opak.
10. siatka opatrunkowa typu Codofix nr 6 1 sztuka
11. opaska elastyczna 5m x 12cm 2 sztuki
12. opaska dziana 4m x 10cm 4 sztuki
13. plaster bez opatrunku 2,5 cm x 5 m 2 sztuki
14. plaster 1m x 6cm z opatrunkiem 2 sztuki
15. opatrunek wentylowy z zastawką jednokierunkową na rany kłute, postrzałowe klatki piersiowej 1 sztuka
16. kołnierz ortopedyczny uniwersalny – regulowany dla dorosłych 1 sztuka
17. kołnierz ortopedyczny uniwersalny – regulowany dla dzieci 1 sztuka
18. prosta szyna typu SAM SPLINT – wymiary – szerokość od 10 cm do



	12 cm, długość od 90 cm do 92 cm	2 sztuki
19.	maska do sztucznego oddychania z filtrem, zastawką i ustnikiem typu „pocket-mask”	1 sztuka
20.	koc izotermiczny	2 sztuki
21.	nożyczki ratownicze	1 sztuka
22.	agrafka	10 sztuk
23.	rękawiczki ochronne, nitrylowe, jednorazowego użytku do pracy w zagrożeniu biologicznym i chemicznym	5 par
24.	płyn do dezynfekcji rąk a’100ml	1 sztuka
25.	bloker receptorów węchowych w postaci żelu	10 saszetek
26.	młotek do wybijania szyb z nożem do cięcia pasów	1 sztuka
27.	plecak	1 sztuka

**TERMIN PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKU – MIN.2 LATA OD DATY ODBIORU ILOŚCIOWO – JAKOŚCIOWEGO, PRZY ZACHOWANIU MIN. 5 LAT OD DATY PRODUKCJI (CHYBA ŻE NORMY MEDYCZNE STANOWIĄ INACZEJ).**

**WYMAGANE JEST UMIESZCZENIE W OFERCIE NAZWY PRODUCENTA DO POSZCZEGÓLNYCH ASORTYMENTÓW.**

**WYMAGANE JEST OZNACZENIE DOPUSZCZENIA MIN. CE Z EWENTUALNYM FDA – DOTYCZY OPATRUNKÓW HYDROŻELOWYCH.**

**WYMAGANIA PLECAKA – dotyczy pkt 31 zestawu:**

Plecak zapewniający optymalne rozmieszczenie wymaganego sprzętu, jednak o pojemności nie większej niż 45 l:

1. wykonanie z materiału typu CORDURA 1000 lub równoważnego
2. kolor granatowy,
3. z uchwytami umożliwiającymi transport w rękę i na plecach,
4. szerokość pasów ramiennych i barkowych min. 40 mm,
5. wypełnienie gąbkowe pasów barkowych,
6. w przypadku dwóch uchwytów umożliwiających transport w rękę, możliwość ich spięcia do transportu,
7. możliwość schowania pasów barkowych,
8. przegrody dla poszczególnych elementów zestawu,
9. bezpośredni dostęp do niezależnych przegród na sprzęt i materiały medyczne,
10. zamki błyskawiczne wodoodporne,
11. oznakowany krzyżem św. Andrzeja,
12. demontowalny pas odblaskowy z napisem POLICJA, z trwale umieszczonym logo POKL (z trwale umieszczoną informacją o współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny wraz z logotypem Programu Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny”, zgodnie z **WYTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁA LUDZKI** - w razie potrzeby do przekazania podmiotowi po zapotrzebowaniu drogą telefoniczną lub elektroniczną).

Opis naszywki

Rozmieszczenie logo oznaczeń o współfinansowaniu zamieszczony jest na stronie 25,rys. 23  
*WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU  
OPERACYJNEGO KAPITAŁA LUDZKI*

Wymiary : 150mm x 65mm

Kolor tła : biały

Naszywka drukowana na tkaninie poliestrowej, podklejona fizeliną, obszyta overlockiem.



Załącznik 5 do umowy nr.....

Harmonogram dostaw:

- 1 partia - do 1 października 2011 r.– 60 zestawów
- 2 partia - do 30 listopada 2011 r. – 90 zestawów
- 3 partia - do 30 marca 2012 r. – 70 zestawów
- 4 partia - do 29 czerwca 2012 r. – 70 zestawów
- 5 partia - do 28 września 2012 r. – 80 zestawów
- 6 partia - do 30 listopada 2012 r. – 150 zestawów

