



**BIURO FINANSÓW  
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI**

02-542 Warszawa

Tel 0 22 60-116-08

fax. 0 22 845-10-76

ul. Domaniewska 36/38

Tel 0 22 60-120-44

fax 0 22 60-118-57

FZ 2220.../12

Warszawa, dn. 11.04.2012 r.

**Do uczestników postępowania**

**ZAWIADOMIENIE**

**o wyborze najkorzystniejszej oferty**

*dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup 350 sztuk bezkontaktowych wskaźników spożycia alkoholu, nr sprawy 31/Cut/12/KM*

Zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 - ustawa Pzp) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu:

1. W postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę:

**Oferta nr 2**

**KoIGaz Elektronika Przemysłowa, ul. Kazury 2B/16, 02-795 Warszawa**

**cena oferty brutto: 322.875,00 zł.**

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy
1	Amii Sp.z.o.o., ul. Grabińska 23, 92-780 Łódź
2	„KoIGaz” Elektronika Przemysłowa, ul. Kazury 2B/16, 02-795 Warszawa
3	Techtronic Sp.z.o.o., ul. Redłowska 52/11, 81-450 Gdynia
4	Transcom International Sławomir Śleziak, Winicjusz Filipow sp.j., ul. Armii Krajowej 2, 48-370 Paczków
5	Speed-Up S.C. Arkadiusz Skwarek, Mikołaj Witczak, ul. 28 czerwca 1956 r. 213/215 61-485 Poznań
6	Instytut Wdrożeń Technicznych „INTECH” Spółdzielnia, ul. Jaśkowa Dolina 84 80-286 Gdańsk
7	Dräger safety Polska Sp.z.o.o., ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom

--	--

Zgodnie z Rozdziałem XV SIWZ, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Aukcja została przeprowadzona w dniu 6.04.2012 r. Do udziału w aukcji elektronicznej zostali zaproszeni Wykonawcy:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy
1	Amii Sp.z.o.o., ul. Grabińska 23, 92-780 Łódź
2	„KolGaz” Elektronika Przemysłowa, ul. Kazury 2B/16, 02-795 Warszawa
4	Transcom International Sławomir Śleziak, Winicjusz Filipow sp.j. ul. Armii Krajowej 2, 48-370 Paczków

Streszczenie oceny ofert i porównania ofert z punktacją przyznaną Wykonawcom w kryterium cena oferty brutto – waga 100% po aukcji elektronicznej:

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium „cena oferty brutto”
1	75,4380841
2	100
4	71,0708783

2. W postępowaniu odrzucono oferty Wykonawców:

- 1.) **Oferta nr 3**  
**Techtronic Sp.z.o.o.**  
 ul. Redłowska 52/11  
 81- 450 Gdynia

Podstawa prawna: treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu w punkcie 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, Zamawiający wymagał aby oferowane urządzenie posiadało dwa tryby pobierania powietrza- aktywny oraz pasywny.

Tryb aktywny ma umożliwiać badanie za pomocą silnego wydechu, natomiast pasywny (gdy przyrząd sam pobiera próbkę), uruchamiany za pomocą odpowiedniego przycisku, w sytuacji kiedy osoba badana nie może dostarczyć odpowiedniej próbki powietrza np. osoba nieprzytomna.

Zaoferowany przez Państwa przyrząd tj. AlcoPen nie posiada dwóch trybów pracy spełniających postawione przez Zamawiającego wymagania. Pomiar dokonywany przez zaoferowane urządzenie w obu przypadkach jest uruchamiany za pomocą tego samego przycisku i wykonywany jest w ten sam sposób. W związku z tym nie ma możliwości dokonania pomiaru w trybie aktywnym i pasywnym „Tryb aktywny ma umożliwiać badanie za pomocą silnego wydechu” - silne dmuchanie w urządzenie nie umożliwia przeprowadzenie badania.

- 2.) **Oferta nr 5**  
**Speed-Up S.C. Arkadiusz Skwarek, Mikołaj Witczak**  
 ul. 28 czerwca 1956 r. 213/215  
 61-485 Poznań

Podstawa prawna: treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu w punkcie 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, Zamawiający wymagał aby oferowane urządzenie umożliwiało dokonanie bezkontaktowego pomiaru obecności lub nieobecności alkoholu w wydychanym powietrzu tj. bez użycia ustnika. Pomiar musi nastąpić poprzez pobranie próbki wydychanego powietrza w pojeździe lub w pomieszczeniu.

Zaoferowany przez Państwa przyrząd tj. Llifeloc Technologies FC 10a, jak wynika z załączonej do oferty instrukcji użytkownika; str. 6 *Tryby pomiaru*, w celu przeprowadzenia badania w trybie aktywnym wymaga zainstalowania ustnika.

### 3.) Oferta nr 6

**Instytut Wdrożeń Technicznych „INTECH” Spółdzielnia  
ul. Jaśkowa Dolina 84  
80-286 Gdańsk**

Podstawa prawna: treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu w punkcie 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, Zamawiający wymagał aby oferowane urządzenie umożliwiało dokonanie bezkontaktowego pomiaru obecności lub nieobecności alkoholu w wydychanym powietrzu tj. bez użycia ustnika. Pomiar musi nastąpić poprzez pobranie próbki wydychanego powietrza w pojeździe lub w pomieszczeniu.

Zaoferowany przez Państwa przyrząd tj. AlcoQuant 6020, jak wynika z załączonej do oferty instrukcji użytkownika; str. 10, ppkt 5.2.2 *Przeprowadzenie pomiaru*, w celu przeprowadzenia badania wymaga zainstalowania ustnika.

### 4.) Oferta nr 7

**Dräger safety Polska Sp.z.o.o.**

**ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom**

Podstawa prawna: treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w dniu 16 marca 2012 roku dokonał modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ tj. Opisu przedmiotu zamówienia w poniższym zakresie:

- pkt 6- Czas przygotowania przyrządu do pomiaru (pracy) nie może być dłuższy niż 10 sekund,
- pkt 12- Możliwość pracy przyrządu w temperaturach min. od - 5°C do +40°C.

Złożona przez Państwa oferta nie uwzględnia wprowadzonych przez Zamawiającego modyfikacji a tym samym przedmiot zamówienia nie jest zgodny z zapisami SIWZ.

3. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

4. Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą po upływie terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

WYKŁADNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
Biura Farynskiego  
Komendy Głównej Policji  
Jarosław WYŻGOWSKI