



**KOMENDA GŁÓWNA POLICJI  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
BIURO FINANSÓW**

02-672 Warszawa  
ul. Domaniewska 36/38

Dyrektor 60-131-23  
Z-ca Dyrektora 60-131-75

fax. 601-26-94  
845-10-76

Warszawa, 2008-12-11

FZ-10.189.1.08.....

**Do uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**ZAWIADOMIENIE  
o unieważnieniu postępowania**

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „zakup chromatografu HPLC z tandemowym detektorem mas (LC/MS/MS) – 1 zestaw, nr sprawy 198/Cut/08/JC**

**Szanowni Państwo**

Stosownie do postanowień art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.– ustawa Pzp.) uprzejmie informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

1. oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1 – „Waters” Sp. z o.o., ul. Lektykarska 25 m. 21, 01-687 Warszawa,  
Oferta nr 2 - Applied Biosystems Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa,

2. odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 oferty złożone przez:

**1) Applied Biosystems Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa**

Uzasadnienie:

Przedstawiona przez firmę oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

- Wykonawca zaznaczył, iż części składowe urządzenia wymienione w pkt. 1-7 tabeli nie pochodzą od jednego producenta, co stoi w sprzeczności z zapisami pkt. 9 Załącznika nr 4 do SIWZ,
- Zamawiający wymagał, aby czas zmiany trybu pracy hegative/positive urządzenia wynosił  $\leq 50$  ms. Wykonawca natomiast oferuje 700 ms.

**2) Waters” Sp. z o.o., ul. Lektykarska 25 m. 21, 01-687 Warszawa**

Uzasadnienie:

Przedstawiona przez firmę oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

- producentem pomp wymienionych w pkt. 6 jest inna firma niż producent pozostałych elementów wymienionych w pkt. 1-5 i 7 (natomiast zgodnie z zapisami pkt. 9 Załącznika nr 4 do SIWZ, części składowe urządzenia wymienione w pkt. 1-7 tabeli winny pochodzić od jednego producenta)

3. Ponadto zawiadamiam, iż z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

4. Jednocześnie informuję, że w związku z powyższym, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt. 1, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

**Za udział w postępowaniu przetargowym dziękujemy.**

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA  
BIURA FINANSOWEGO  
KOMENDY MIASTOWEJ POLICJI

*msp. Zięgula* CZ