



**BIURO FINANSÓW
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI**

02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 36/38

Dyrektor 60-116-08
Z-ca Dyrektora 60-117-55

faks 60-126-94
faks 60-118-57

FZ. 4654 /12

Warszawa, dnia 22.08....2012 r.

**Do Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 2000 sztuk pakietów kryminalistycznych do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym”, numer postępowania - 125/Cut/12/AL

Szanowni Państwo

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami – ustawa Pzp) przekazuję wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ.

2. Pytanie dot. poz. 3. Czy Zamawiający dopuszcza wymazówki o długości całkowitej ok. 15-17 cm?

Odpowiedź i zmiana treści SIWZ:

Zamawiający dopuszcza wymazówki do wymazów z pochwy/napletka o długości całkowitej 15-17 cm.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie pkt. 3 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do Istotnych postanowień umowy:

Zapis:

3. *Sterylny wymazówki do pobierania wymazów - 10 sztuk*

2 sztuki do wymazów z pochwy/napletka - o długości całkowitej ok. 15 cm do 16 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka.

2 sztuki do wymazów z okolicy odbytu - o długości całkowitej ok. 9 cm do 12 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka.

2 sztuki do wymazów z jamy ustnej - o długości całkowitej ok. 9 cm do 12 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka.

4 sztuki do wymazów z części ciała - o długości całkowitej ok. 9 cm do 12 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka.

Konstrukcja wymazówek powinna umożliwiać samoistne suszenie pobranego materiału biologicznego. Wymazówki powinny być sterylne, wolne od obcego DNA, z widocznym oznaczeniem terminu przydatności, jednostkowo pakowane.

Podłoże wymazówek o wymiarach około 1,5 cm. Uchwyt powinien być wykonany z tworzywa sztucznego. Każda z wymazówek powinna być umieszczona w plastikowej tulejce- osłonce o długości dostosowanej do wymiarów wymazówki skonstruowanej w sposób umożliwiający suszenie materiału biologicznego. Na opakowaniach zabezpieczających wymazówki powinien być zamieszczony opis/miejsce na opis, z jakich części ciała pochodzi materiał biologiczny.

Zostaje zastąpiony zapisem:

3. *Sterylny wymazówki do pobierania wymazów - 10 sztuk*

2 sztuki do wymazów z pochwy/napletka - o długości całkowitej ok. 15 cm do 17 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka.

2 sztuki do wymazów z okolicy odbytu - o długości całkowitej ok. 9 cm do 17 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka.

2 sztuki do wymazów z jamy ustnej - o długości całkowitej ok. 9 cm do 17 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka.

4 sztuki do wymazów z części ciała - o długości całkowitej ok. 9 cm do 17 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka.

Konstrukcja wymazówek powinna umożliwiać samoistne suszenie pobranego materiału biologicznego. Wymazówki powinny być sterylne, wolne od obcego DNA, z widocznym oznaczeniem terminu przydatności, jednostkowo pakowane.

Podłoże wymazówek o wymiarach około 1,5 cm. Uchwyt powinien być wykonany z tworzywa sztucznego. Każda z wymazówek powinna być umieszczona w plastikowej tulejce- osłonce o długości dostosowanej do wymiarów wymazówki skonstruowanej w sposób umożliwiający suszenie materiału biologicznego. Na opakowaniach zabezpieczających wymazówki powinien być zamieszczony opis/miejsce na opis, z jakich części ciała pochodzi materiał biologiczny.

3. Pytanie dot. poz. 6. Czy Zamawiający dopuszcza grzebienie niesterylne?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby grzebienie były sterylne ze względu na specyfikę i przeznaczenie produktu do bezpośredniego kontaktu z powierzchnią ciała.

4. Pytanie dot. „inne wymagania” poz. 1 . Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wymazówki wchodzące w skład w/w pakietu posiadały status wyrobu medycznego? Wymazówki przeznaczone od kryminalistyki nie służą do celów medycznych (bakterie i wirusy), ale do pobierania i wykrywania DNA. Wymazówki kryminalistyczne posiadają odpowiedni certyfikat potwierdzający, że są wolne od DNA ludzkiego pochodzenia, DNase, RNase oraz inhibitorów PCR.

Odpowiedź: Wymazówki posłużą do zbierania przez lekarza materiału biologicznego z jamy ustnej, odbytu, pochwy i innych otworów ciała. Zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych powinny one mieć status wyrobu medycznego. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron postępowania.

MACZELNIK
Wydział Zarządzeń Publicznych
Biura Finansów
Komendy Głównej Policji
Jarosław WYŻGOWSKI